

Kit de fluidos para ensayos Aptima (sistema Panther™)

Para uso diagnóstico *in vitro*.

Rx only

Uso previsto

El kit de fluidos para ensayos Aptima está indicado para utilizarse en el sistema Panther.

Materiales suministrados

Kit de fluidos para ensayos Aptima (núm. de catálogo 303014)

(Almacenar a una temperatura entre 15 °C y 30 °C al recibirlo)

Símbolo	Componente	Cantidad
W	Solución de lavado Aptima <i>Solución de tampón HEPES 10 mM con menos del 2% de conservante.</i>	1 x 2,9 L
O	Reactivo de aceite Aptima <i>Aceite de sílica.</i>	1 x 260 mL
DF	Tampón para fluido de desactivación Aptima <i>Solución de tampón bicarbonato 800 mM.</i>	1 x 1,4 L

Advertencias y precauciones

- A. Tome las precauciones habituales del laboratorio.
- B. Evite la contaminación con ribonucleasas y microbiana de los fluidos para los ensayos Aptima.

Requisitos de almacenamiento y manipulación

- A. Almacene los fluidos para los ensayos Aptima a una temperatura entre 15 °C y 30 °C.
- B. Una vez abiertos, los fluidos para los ensayos Aptima son estables durante 60 días.
- C. No los utilice después de la fecha de vencimiento.
- D. Algunos reactivos de este kit están etiquetados con símbolos de riesgo y seguridad.

Nota: Para obtener información sobre avisos de riesgo, consulte la Biblioteca de fichas de datos de seguridad (Safety Data Sheet Library) en www.hologicds.com.

Información sobre riesgos en los EE. UU.



Buffer For Deactivation Fluid

SODIUM HYDROXIDE 1 – 5%

WARNING




H315 – Causes skin irritation

H319 – Causes serious eye irritation

P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

	<p>P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
	<p>Aptima Oil POLYDIMETHYLSILOXANE 95 – 100% WARNING H315 – Causes skin irritation H319 – Causes serious eye irritation P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
Información sobre riesgos en la UE.	
	<p>Buffer For Deactivation Fluid HIDRÓXIDO DE SODIO, 1 – 5 % <i>Hipoclorito de sodio < 1 %</i> ATENCIÓN H315 - Provoca irritación cutánea H319 - Provoca irritación ocular grave</p>
	<p>Aptima Oil POLISILOXANOS, DIMETIL 100 % ATENCIÓN H315 - Provoca irritación cutánea H319 - Provoca irritación ocular grave</p>

Procedimiento

Sustituya las botellas en el cajón de fluidos universales cuando se lo indique el sistema. Consulte el *Panther System Operator's Manual* (Manual del usuario del sistema Panther).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Hologic N.V.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Atención al cliente: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Servicio técnico: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Para obtener más información, visite www.hologic.com.

Hologic, Aptima, y Panther son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc. y/o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales que puedan aparecer en este prospecto pertenecen a de sus respectivos propietarios.

Este producto puede estar cubierto por una o más de las patentes estadounidenses identificadas en www.hologic.com/patents.

©2001–2018 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos.

502181ES Rev. 003
2018-01