

# Faxitron® Path+

Sistema de radiografía de muestras

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

### 1. ENCENDIDO

- Compruebe que el interruptor de alimentación de la parte posterior del armario Faxitron Path+ se encuentra en la posición **«ON»** (Encendido)
- Gire la **llave** de la parte frontal del armario Faxitron Path+ a la posición de **on** (Encendido)
- Encienda el **monitor** (si es necesario)

### 2. INICIO DEL SOFTWARE

- Compruebe que no haya nada en el compartimento de rayos X del Faxitron Path+
- Haga doble clic en el icono de **Vision** en el centro del escritorio e introduzca la contraseña

### 3. CALIBRACIÓN

- Se le pedirá que realice la calibración cuando haya iniciado sesión. Pulse el botón **«Calibrate»** (Calibrar) para continuar

### 4. DATOS DEL PACIENTE

- Inicie procedimiento
- Seleccione en lista de trabajo
- Localice el nombre del paciente y haga doble clic en él
- Introduzca los campos obligatorios que faltan, como Lateralidad
- **«Accept»** (Aceptar)

### 5. OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE RAYOS X

- Coloque la(s) muestra(s) en el compartimento de rayos X de Faxitron Path+. Utilice la bandeja de aumento si lo desea
- Presione el botón verde **«X-ray»** (rayos X) para activar los rayos X. La imagen aparecerá tras unos segundos

### 6. MANIPULACIÓN DE IMÁGENES

- Mantenga pulsado el **botón izquierdo del ratón** y arrastre el ratón para cambiar el brillo y el contraste de la función de ventana/nivel
- **Ajuste el zoom** para ampliar la imagen para su visualización

### 7. ALMACENAMIENTO EN PACS

- Seleccione el botón **«PACS Store»** (Almacenar en PACS) en el lado izquierdo de la pantalla

### 8. IMPRESIÓN

- Seleccione el botón **«PACS Print»** (Impresión en PACS) en el lado izquierdo de la pantalla

### 9. APAGADO

- Seleccione el botón **«System Shutdown»** (Apagado del sistema) en el lado izquierdo y luego haga clic en **«OK»** (Aceptar)
- Gire la **llave** en el armario Faxitron Path+ a la posición **off** (Apagado)

 [www.hologic.com/package-inserts](http://www.hologic.com/package-inserts)



**Hologic, Inc.**  
36 Apple Ridge Road  
Danbury, CT 06810 EE. UU.  
1.800.447.1856  
[www.hologic.com](http://www.hologic.com)



**Hologic, BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Bélgica  
Tel.: +32 2 711 46 80  
Fax: +32 2 725 20 87

#### PATROCINADOR DE AUSTRALIA

**Hologic Pty Ltd**  
Suite 302, Level 3  
2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113  
Tel.: 02 9888 8000



Sistema Faxitron Path+, también conocido como sistema PathVisionXL.

5081-4013-300 Rev. 002 (8/21) Hologic Inc. ©2021 Todos los derechos reservados. Hologic, Path+, PathVisionXL, Faxitron y The Science of Sure son marcas comerciales y/o marcas registradas de Hologic, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Esta información está dirigida a profesionales de la medicina en Estados Unidos y otros mercados y no debe interpretarse como una solicitud o promoción de productos si estas actividades están prohibidas. Dado que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, transmisiones electrónicas y ferias, no siempre es posible controlar dónde aparecen estos materiales. Para obtener información específica sobre los productos que están a la venta en un país en particular, póngase en contacto con su representante local de Hologic.