

Faxitron[™] Path

Specimen Radiography System

GUIDA RAPIDA

1. ALIMENTAZIONE

- Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sul retro dell'armadio di Faxitron Path sia posizionato su **"on"** (Acceso).
- Ruotare la **chiavetta** sul lato anteriore dell'armadio di Faxitron Path su **on** (Acceso).
- Accendere il computer e il monitor.

2. AVVIO DEL SOFTWARE

- Verificare che la camera a raggi X di Faxitron Path sia vuota.
- Fare doppio clic sull'icona **Faxitron Path** al centro del desktop.

3. CALIBRAZIONE

- Verrà richiesta una calibrazione una volta effettuato l'accesso. Premere il pulsante **"Calibrate"** (Calibra) per procedere.

4. DATI PAZIENTE

- Avviare la procedura.
- Effettuare una selezione dalla lista di lavoro.
- Localizzare il nome di un paziente e fare clic su quest'ultimo.
- Immettere tutti i campi obbligatori mancanti, come Laterality (Lateraltà).
- Accettare.

5. IMAGING RADIOLOGICO

- Collocare i campioni nella camera a raggi X di Faxitron Path. Se desiderato, utilizzare un vassoio di ingrandimento.
- Premere il pulsante verde **x-ray** (Raggi X) per attivare le radiografie; l'immagine viene visualizzata dopo pochi secondi.

6. MANIPOLAZIONE DELLE IMMAGINI

- Tenere premuto il **pulsante sinistro del mouse** e trascinare il mouse per cambiare la luminosità e il contrasto della funzione finestra/livello.
- **Regolare lo zoom** per ingrandire l'immagine per la visualizzazione.

7. MEMORIZZAZIONE IN PACS

- Scegliere il pulsante **PACS Store** (Archivio PACS) sul lato sinistro dello schermo.

8. STAMPA

- Scegliere il pulsante **PACS Print** (Stampa PACS) sul lato sinistro dello schermo.

9. SPEGNIMENTO

- Selezionare il pulsante **System Shutdown** (Spegnimento del sistema) sul lato sinistro e fare clic su OK.
- Ruotare la chiave sull'armadio Faxitron Path sulla posizione **off** (Spento).

www.faxitron.com/support | servicedept-faxitron@hologic.com | +1 520.399.8139

Sistema Faxitron Path, noto anche come sistema PathVision™.

5081-4001-700 Rev. 021 (08.2019) Hologic Inc. ©2019 Tutti i diritti riservati. Hologic, CoreVision, Faxitron e The Science of Sure sono marchi e/o marchi depositati di Hologic, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le presenti informazioni sono destinate ai professionisti del settore medico negli Stati Uniti e in altri mercati e non vanno intese come sollecitazioni all'acquisto o promozioni del prodotto ove tali attività siano proibite. Poiché i materiali di Hologic sono distribuiti mediante siti Internet, eBroadcast e fiere di settore, non è sempre possibile controllare i luoghi in cui tali materiali sono esposti. Per informazioni specifiche su quali prodotti siano disponibili per la vendita in un particolare Paese, contattare il rappresentante locale Hologic.