

Faxitron[™] Path

Specimen Radiography System

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. MISE EN MARCHE

- Assurez-vous que l'interrupteur situé à l'arrière de l'armoire Faxitron Path est réglé sur la position « Marche »
- Tournez la clé située à l'avant de l'armoire Faxitron
 Path sur Marche
- Allumez l'ordinateur et le moniteur

2. DÉMARRAGE DU LOGICIEL

- Vérifiez qu'il n'y a rien dans la chambre à rayons X
 Faxitron Path
- Double-cliquez sur l'icône Faxitron Path au centre du bureau

3. ÉTALONNAGE

 Vous serez invité à effectuer l'étalonnage une fois que vous vous serez connecté. Appuyez sur le bouton « Calibrate » (Étalonnage) pour continuer

4. DONNÉES DU PATIENT

- Démarrez la procédure
- Effectuez la sélection dans la liste de travail
- Recherchez le nom du patient et double-cliquez dessus
- Saisissez les champs obligatoires manquants tels que Laterality (Latéralité)
- Acceptez

5. IMAGERIE À RAYONS X

- Placez le(s) échantillon(s) dans la chambre à rayons X du Faxitron Path — utilisez un plateau d'agrandissement si vous le souhaitez
- Appuyez sur le bouton vert X-ray (Rayons X) pour activer les rayons X — l'image apparaîtra au bout de quelques secondes

6. MANIPULATION DES IMAGES

- Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser la souris pour modifier la luminosité et le contraste pour la fonction fenêtre/niveau
- Régler le zoom pour agrandir l'image à visualiser

7. ENREGISTREMENT PACS

 Sélectionnez le bouton PACS Store (Enregistrement PACS) sur le côté gauche de l'écran

8. IMPRESSION

 Sélectionnez le bouton PACS Print (Impression PACS) sur le côté gauche de l'écran

9. ARRÊT

- Sélectionnez le bouton Arrêt du système sur le côté gauche, puis cliquez sur OK
- Tournez la clé située sur l'armoire Faxitron Path sur Arrêt

www.faxitron.com/support | servicedept-faxitron@hologic.com | +1520.399.8139