

Faxitron® Path+

Proben-Röntgensystem

SCHNELLSTARTANLEITUNG

1. EINSCHALTEN

- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf der Rückseite des Faxitron Path+-Schanks auf die Position **ON** (ein)gestellt ist
- Drehen Sie den **Schlüssel** auf der Vorderseite des Faxitron Path+-Schanks auf **ON** (Ein)
- Schalten Sie den Monitor **ein** (falls erforderlich)

2. SOFTWARE STARTEN

- Stellen Sie sicher, dass sich nichts in der Röntgenkammer des Faxitron Path+ befindet
- Doppelklicken Sie auf das Symbol **Vision** in der Mitte des Desktops und geben Sie das Passwort ein

3. KALIBRIEREN

- Nach dem Einloggen werden Sie aufgefordert, die Kalibrierung durchzuführen. Drücken Sie die Taste **„Calibrate“** (Kalibrieren), um fortzufahren

4. PATIENTENDATEN

- Starten Sie das Verfahren
- Aus Arbeitsliste auswählen
- Suchen Sie nach dem Namen des Patienten und klicken Sie doppelt darauf
- Füllen Sie alle fehlenden Pflichtfelder wie z. B. Lateralität aus
- **Annehmen**

5. RÖNTGENAUFNAHME

- Legen Sie die Probe(n) in die Faxitron Path+-Röntgenkammer – verwenden Sie bei Bedarf das Vergrößerungstablett
- Drücken Sie die grüne **„x-ray“**-Taste (Röntgenaufnahme) zum Aktivieren der Röntgenstrahlen– das Bild erscheint nach wenigen Sekunden

6. BILDMANIPULATION

- Halten Sie die **linke Maustaste** gedrückt und ziehen Sie die Maus, um Helligkeit und Kontrast für die Fensterungsfunktion zu ändern
- **Passen Sie den Zoom an**, um das Bild zur Ansicht zu vergrößern

7. SPEICHERUNG IN PACS

- Wählen Sie die Taste **„PACS Store“** (PACS-Speicher) auf der linken Seite des Bildschirms aus

8. DRUCKEN

- Wählen Sie die Taste **„PACS Print“** (PACS-Druck) auf der linken Seite des Bildschirms aus

9. HERUNTERFAHREN

- Wählen Sie die Taste **„System Shutdown“** (System herunterfahren) auf der linken Seite aus und klicken Sie dann auf **„OK“**
- Drehen Sie den **Schlüssel** am Faxitron Path+-Schrank auf **off** (aus)

 www.hologic.com/package-inserts



Hologic, Inc.
600 Technology Drive
Newark, DE 19702 USA
1.800.447.1856
www.hologic.com



Hologic, BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgien
Tel.: +32 2 711 46 80
Fax: +32 2 725 20 87

Sponsor aus Australien

Hologic Pty Ltd
Suite 302, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Tel.: 02 9888 8000



Faxitron Path+-System, auch bekannt als PathVisionXL-System.

MAN-10247-800 Rev. 001 (7/23) Hologic Inc. ©2023 Alle Rechte vorbehalten. Hologic, Path+, PathVisionXL, Faxitron und The Science of Sure sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Diese Informationen richten sich an medizinische Fachkräfte in den USA und anderen Märkten und sind nicht als Produktverkaufsangebote oder Werbung gedacht, wo solche Aktivitäten verboten sind. Materialien von Hologic werden über Websites, eBroadcasts und Handelsmessen verbreitet. Daher kann nicht immer gesteuert werden, wo solche Materialien erscheinen. Weitere Informationen zum Produktangebot in einem bestimmten Land erhalten Sie von Ihrem regionalen Hologic-Vertreter.