













Produtos e identificadores de saúde mamária e esquelética






Glossário de símbolos

Este é um glossário de símbolos sobre produtos e identificadores de saúde mamária e esquelética da Hologic. Use este glossário como um complemento aos manuais do seu produto.

Símbolo	Descrição	Padrão
	Uso apenas mediante prescrição	FDA 21 CFR 801.109
	Não é seguro para imagens de ressonância magnética	Nº de referência ASTM F2503 Tabela 2, Símbolo 7.3.3; 7.4.9.1; Fig. 9
	Uso condicional para imagens de ressonância magnética	Nº de referência ASTM F2503 Tabela 2; 7.4.6.1; Fig. 6,7
	Cuidado – Radiação	Hologic
	Parada de emergência	Hologic
	Acessibilidade para cadeiras de rodas	Hologic
	Driver do dispositivo e conexão de controle remoto	Hologic
	Placa de gerenciamento de cabos do driver do dispositivo	Hologic
	Conexão do pedal	Hologic
	Placa de gerenciamento de cabos do pedal	Hologic
	Placa de gerenciamento da tubulação de solução salina	Hologic
	Wi-Fi	Hologic

Produtos e identificadores de saúde mamária e esquelética

Glossário de símbolos

Símbolo	Descrição	Padrão
	Perigo: Ponto de aperto	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Bateria	Hologic
<p>YYYY-MM-DD</p>	Formato de data: YYYY representa o ano MM representa o mês DD representa o dia	Hologic
	Disjuntor	Hologic
	Coloque o equipamento fora do ambiente do paciente	Hologic
<p>Translations in Box</p>	Traduções na caixa	Hologic
<p>Temp Logger Activated</p>	Registrador de temperatura ativado	Hologic
<p>Temp Logger SN</p>	Número de série do registrador de temperatura	Hologic
<p>P/N</p>	Número de peça	Hologic
<p>REV</p>	Revisão	Hologic
<p>Model</p>	Número do modelo	Hologic
<p>QTY</p>	Quantidade	Hologic
<p>SFW SHIPPED</p>	Versão do software enviada	Hologic
















Produtos e identificadores de saúde mamária e esquelética

Glossário de símbolos

Símbolo	Descrição	Padrão
SFW Version	Número da versão do software	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Instalação do aplicativo	Hologic
Verified By	Verificado por	Hologic
CASE	Estojo (caixa ou embalagem)	Hologic
VC	Código do fornecedor	Hologic
Made in USA	Fabricado nos Estados Unidos da América	Hologic
Made in Costa Rica	Fabricado na Costa Rica	Hologic
Assembled in Costa Rica	Montado na Costa Rica	Hologic
Made in China	Fabricado na China	Hologic
Made in Mexico	Fabricado no México	Hologic
Made in Thailand	Fabricado na Tailândia	Hologic
Patents	Patentes	Hologic
USA REP	Representante nos Estados Unidos	Hologic
LATERAL ARM USE ONLY	Uso apenas dos braços laterais	Hologic
Q.C. Use Only	Controle de qualidade Somente utilização	Hologic
UNLOAD THIS SIDE	Descarregar este lado	Hologic
RAMP THIS SIDE	Rampa deste lado	Hologic











Produtos e identificadores de saúde mamária e esquelética

Glossário de símbolos

Símbolo	Descrição	Padrão
	Desbloqueado	IEC 60417, Referência 5569
	“Ligado” (energia)	IEC 60417, Referência 5007
	“Desligado” (energia)	IEC 60417, Referência 5008
	Fusível	IEC 60417, Referência 5016
	Aterramento de proteção	IEC 60417, Referência 5019
	Terminal de equalização potencial	IEC 60417, Referência 5021
	Corrente Alternada	IEC 60417, Referência 5032
	Tensão perigosa	IEC 60417, Referência 5036
	Este sistema transmite energia de radiofrequência (RF) (radiação eletromagnética não ionizante)	IEC 60417, Referência 5140
	Peça aplicada tipo BF	IEC 60417, Referência 5333
	Peça aplicada do Tipo B	IEC 60417, Referência 5840
	Ethernet	IEC 60417, Referência 5988
	Advertência sobre eletricidade	IEC 60417, Referência 6042
	USB	IEC 60417-1
	Bloqueado	IEC 60417-1 ISO 7000-5569










Produtos e identificadores de saúde mamária e esquelética

Glossário de símbolos

Símbolo	Descrição	Padrão
	“Liga” e “Desliga” (alimentação) do computador e do visor	IEC 60417-5010
	Aterramento	IEC 60417-5017
	Dispositivo sensível à eletrostática	IEC 60417-5134
	“Ligado” para parte do equipamento	IEC 60417-5264
	Interruptor de ligar o computador	IEC 60417-5264
	Interruptor de colocar o computador em espera	IEC 60417-5266
	Conjunto da fonte de raios-X	IEC 60417-5338
	Emissão da fonte de raio X	IEC 60417-5339
	Filtro de radiação	IEC 60417-5381
	Não mergulhe em qualquer líquido	IEC 60417-5995
IPX8	O equipamento do acessório é adequado para a imersão contínua em água (até 1 m de submersão durante 1h)	IEC 60529










Produtos e identificadores de saúde mamária e esquelética

Glossário de símbolos

Símbolo	Descrição	Padrão
 IPX4	Impermeável	IEC 60529
IPX6	Água projetada em jatos potentes contra o equipamento ou acessório a partir de qualquer direção não deve ter efeitos prejudiciais	IEC 60529
IP54	Protegido contra a entrada limitada de poeira, sem depósitos prejudiciais e protegido contra respingos de água de todas as direções, entrada limitada permitida	IEC 60529
IP22	Protegido contra objetos estranhos sólidos de 12,5 mm Ø e maiores e protegido contra gotas de água que caem verticalmente quando a CAIXA está inclinada a até 15°	IEC 60529
 MD	Dispositivo médico	Esboço ISO 15223
	Fabricante	ISO 15223-1:2016, Referência 5.1.1
	Representante autorizado na Comunidade Europeia	ISO 15223-1:2016, Referência 5.1.2
	Data de fabricação	ISO 15223-1:2016, Referência 5.1.3
	Data de validade	ISO 15223-1:2016, Referência 5.1.4
 LOT	Código do lote	ISO 15223-1:2016, Referência 5.1.5
 REF	Número de catálogo	ISO 15223-1:2016, Referência 5.1.6
 SN	Número de série	ISO 15223-1:2016, Referência 5.1.7














Produtos e identificadores de saúde mamária e esquelética

Glossário de símbolos

Símbolo	Descrição	Padrão
	Esterilizado com o uso de óxido de etileno	ISO 15223-1:2016, Referência 5.2.3
	Esterilizado por irradiação	ISO 15223-1:2016, Referência 5.2.4
	Não reesterilize	ISO 15223-1:2016, Referência 5.2.6
	Não estéril	ISO 15223-1:2016, Referência 5.2.7
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada	ISO 15223-1:2016, Referência 5.2.8
	Frágil, manuseie com cuidado	ISO 15223-1:2016, Referência 5.3.1
	Manter seco	ISO 15223-1:2016, Referência 5.3.4
	Limite inferior de temperatura	ISO 15223-1:2016, Referência 5.3.5
	Limite superior de temperatura	ISO 15223-1:2016, Referência 5.3.6
	Limite de temperatura	ISO 15223-1:2016, Referência 5.3.7
	Limite de umidade	ISO 15223-1:2016, Referência 5.3.8
	Limite de pressão atmosférica	ISO 15223-1:2016, Referência 5.3.9
	Não reutilizar	ISO 15223-1:2016, Referência 5.4.2






Produtos e identificadores de saúde mamária e esquelética

Glossário de símbolos

Símbolo	Descrição	Padrão
 <small>www.hologic.com/package-inserts</small>	Consulte as instruções de uso eletrônicas	ISO 15223-1:2016, Referência 5.4.3
	Cuidado	ISO 15223-1:2016, Referência 5.4.4
	Peso combinado do equipamento e sua carga de trabalho segura	ISO 60417, Referência 1321A
	Este lado para cima	ISO 7000:2014, Referência 0623
	Não empilhar	ISO 7000:2014, Referência 2402
	Limite de empilhamento por número	ISO 7000:2014, Referência 2403
	Ponto de aperto	ISO 7010
	Aviso	ISO 7010, Referência W001
	Marca CE com número de referência do Organismo notificado	Regulamento RDM (UE) 2017/745
	Conteúdo	N/D
	Não contém látex de borracha natural	N/D
	Conexão do Barramento Serial Universal	N/D
	Não cortar	N/D

Produtos e identificadores de saúde mamária e esquelética

Glossário de símbolos

Símbolo	Descrição	Padrão
	Dispositivo listado pela CSA	Standards Council of Canada (SCC – Conselho de Normas do Canadá) e o U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA – Administração de segurança e saúde ocupacionais dos EUA)
	Equipamento médico – Equipamentos médicos gerais relacionados a choque elétrico, incêndio e riscos mecânicos, somente de acordo com as normas ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 N.º 60601-1 (2014) e IEC 60601-1:2012	Classificação UL
	Marca INMETRO e ULBR	Certificação UL-BR INMETRO (Brasil)
	Símbolo reciclável	Unicode, Referência U+267C
	Descarte equipamentos elétricos e eletrônicos separadamente dos resíduos comuns. Envie o material descontinuado para a Hologic ou entre em contato com seu representante de serviço	Diretiva REEE 2002/96/CE