






Questo è un glossario dei simboli presenti sui prodotti Hologic Breast and Skeletal Health e sulle relative etichette. Integrare questo glossario ai manuali dei prodotti.

Simbolo	Descrizione	Standard
	Solo dietro prescrizione medica	FDA 21 CFR 801.109
	Non compatibile con la risonanza magnetica	ASTM F2503 Riferimento n. Tabella 2, simbolo 7.3.3; 7.4.9.1; fig. 9
	Utilizzo condizionato per la risonanza magnetica	ASTM F2503 Riferimento n. Tabella 2; 7.4.6.1; fig 6,7
	Attenzione: radiazioni	Hologic
	Arresto d'emergenza	Hologic
	Accessibile con sedia a rotelle	Hologic
	Collegamento del comando a pedale	Hologic
	Piastra di protezione del cavo del comando a pedale	Hologic
	Wi-Fi	Hologic
	Pericolo: zona ad alto rischio	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Batteria	Hologic

Simbolo	Descrizione	Standard
YYYY-MM-DD	Formato data: YYYY rappresenta l'anno MM rappresenta il mese DD rappresenta il giorno	Hologic
	Interruttore di circuito	Hologic
Translations in Box	Traduzioni fornite in dotazione	Hologic
Temp Logger Activated	Registratore di temperatura attivato	Hologic
Temp Logger SN	Numero di serie del registratore di temperatura	Hologic
PN	Codice articolo	Hologic
REV	Revisione	Hologic
Model	Numero del modello	Hologic
QTY	Quantità	Hologic
SFW SHIPPED	Versione del software fornita alla spedizione	Hologic
SFW Version	Numero di versione del software	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Installazione dell'applicazione	Hologic
Verified By	Verificato da	Hologic
CASE	Contenitore (scatola o confezione)	Hologic
VC	Codice fornitore	Hologic
Made in USA	Prodotto negli Stati Uniti d'America	Hologic

Simbolo	Descrizione	Standard
	Prodotto in Costa Rica	Hologic
	Assemblato in Costa Rica	Hologic
	Prodotto in Cina	Hologic
	Prodotto in Messico	Hologic
	Prodotto in Thailandia	Hologic
	Brevetti	Hologic
	Rappresentante negli Stati Uniti	Hologic
	Solo utilizzo del braccio laterale	Hologic
	Solo utilizzo nel controllo qualità	Hologic
	Scaricare da questo lato	Hologic
	Rampa da questo lato	Hologic
	Materiale	Hologic
	Sbloccato	IEC 60417 Riferimento n. 5569
	ACCESO (alimentazione)	IEC 60417, Riferimento 5007
	SPENTO (alimentazione)	IEC 60417, Riferimento 5008
	Fusibile	IEC 60417, Riferimento 5016

Simbolo	Descrizione	Standard
	Messa a terra di protezione	IEC 60417, Riferimento 5019
	Terminale di equalizzazione del potenziale	IEC 60417, Riferimento 5021
	Corrente alternata	IEC 60417, Riferimento 5032
	Tensione pericolosa	IEC 60417, Riferimento 5036
	Questo sistema trasmette energia a radiofrequenza (RF) (radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti)	IEC 60417, Riferimento 5140
	Parte applicata di tipo BF	IEC 60417, Riferimento 5333
	Parte applicata di tipo B	IEC 60417, Riferimento 5840
	Ethernet	IEC 60417, Riferimento 5988
	Avvertenza: elettricità	IEC 60417, Riferimento 6042
	USB	IEC 60417-1
	Bloccato	IEC 60417-5569
	Interruttore di accensione e spegnimento "On" e "Off" del computer e del display	IEC 60417-5010
	Messa a terra	IEC 60417-5017
	Dispositivo sensibile all'elettricità statica	IEC 60417-5134

Simbolo	Descrizione	Standard
	"ON" (ACCESO) per una parte dello strumento	IEC 60417-5264
	"OFF" (SPENTO) per una parte dello strumento	IEC 60417-5264
	Interruttore di standby del computer	IEC 60417-5266
	Gruppo della sorgente radiogena	IEC 60417-5338
	Emissioni nelle sorgenti radiogene	IEC 60417-5339
	Filtro anti-radiazioni	IEC 60417-5381
	Non immergere in liquidi	IEC 60417-5995
IPX8	L'apparecchiatura o l'accessorio è ritenuto idoneo per l'immersione continua in acqua (fino a 1 m di immersione per 1 ora)	IEC 60529
 IPX4	Protetto contro spruzzi	IEC 60529
IPX6	L'acqua proiettata in getti potenti contro l'apparecchiatura o gli accessori da qualsiasi direzione non ha effetti dannosi	IEC 60529

Simbolo	Descrizione	Standard
IP54	Protezione contro l'ingresso limitato di polvere, nessun deposito nocivo e protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni, ingresso limitato consentito	IEC 60529
IP22	Protezione contro i corpi estranei solidi di diametro pari o superiore a 12,5 mm e protezione contro la caduta verticale di gocce d'acqua quando l'INVOLUCRO è inclinato fino a 15°	IEC 60529
	Dispositivo medico	ISO 15223-1, Riferimento 5.7.7
	Produttore	ISO 15223-1, Riferimento 5.1.1
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea	ISO 15223-1, Riferimento 5.1.2
	Indica il rappresentante autorizzato in Svizzera	MedDO; SR 812.213
	Data di produzione	ISO 15223-1, Riferimento 5.1.3
	Paese di produzione	ISO 15223-1, Riferimento 5.1.11
	Data di scadenza	ISO 15223-1, Riferimento 5.1.4
	Codice lotto	ISO 15223-1, Riferimento 5.1.5
	Numero di catalogo	ISO 15223-1, Riferimento 5.1.6
	Numero di serie	ISO 15223-1, Riferimento 5.1.7
	Sterilizzato con ossido di etilene	ISO 15223-1, Riferimento 5.2.3

Simbolo	Descrizione	Standard
	Sterilizzato con radiazioni	ISO 15223-1, Riferimento 5.2.4
	Sistema barriera sterile monouso	ISO 7000-3707
	Sistema barriera sterile monouso con imballaggio protettivo interno	ISO 7000-3708
	Sistema barriera sterile monouso con imballaggio protettivo esterno	ISO 7000-3709
	Non risterilizzare	ISO 15223-1, Riferimento 5.2.6
	Non sterile	ISO 15223-1, Riferimento 5.2.7
	Non usare se la confezione è danneggiata	ISO 15223-1, Riferimento 5.2.8
	Fragile; maneggiare con cura	ISO 15223-1, Riferimento 5.3.1
	Conservare in luogo asciutto	ISO 15223-1, Riferimento 5.3.4
	Limite minimo di temperatura	ISO 15223-1, Riferimento 5.3.5
	Limite massimo di temperatura	ISO 15223-1, Riferimento 5.3.6
	Limite di temperatura	ISO 15223-1, Riferimento 5.3.7
	Limite di umidità	ISO 15223-1, Riferimento 5.3.8

Prodotti Breast and Skeletal Health e relative etichette

Glossario dei simboli


Simbolo	Descrizione	Standard
	Limite di pressione atmosferica	ISO 15223-1, Riferimento 5.3.9
	Non riutilizzare	ISO 15223-1, Riferimento 5.4.2
 www.hologic.com/package-inserts	Consultare le Istruzioni per l'uso	ISO 15223-1, Riferimento 5.4.3 Hologic
	Seguire le istruzioni per l'uso	IEC 60601-1, N. di riferimento Tabella D.2, Simbolo di sicurezza 10 (ISO 7010-M002)
	Attenzione	ISO 15223-1, Riferimento 5.4.4
	Peso combinato dell'apparecchiatura e del suo carico utile di sicurezza	ISO 60417, riferimento 1321A
	Questo lato verso l'alto	ISO 7000, riferimento 0623
	Non impilare	ISO 7000, riferimento 2402
	Limite di impilaggio per numero	ISO 7000, riferimento 2403
	Avvertenza	ISO 7010, riferimento W001
	Marchio CE Conformità europea	Normative MDR (UE) 2017/745
	Marchatura CE con numero di riferimento dell'Organismo notificato	Regolamento MDR (UE) 2017/745
	Contenuto	N/D

Prodotti Breast and Skeletal Health e relative etichette

Glossario dei simboli

Simbolo	Descrizione	Standard
	Contiene lattice di gomma naturale	N/A
	Non contiene lattice di gomma naturale	N/D
	Collegamento Universal Serial Bus (bus seriale universale)	N/D
	Non tagliare	N/D
	Dispositivo conforme alle norme CSA	Standards Council of Canada (SCC) e U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
	Apparecchiatura medica generale classificata esclusivamente con riferimento a scosse elettriche, incendio e rischi meccanici conformemente alle normative ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 N. 60601-1 (2014) e IEC 60601-1:2012	Classificazione UL
	Certificazioni ETL	Standards Council of Canada (SCC) e U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
	Marchio INMETRO e ULBR	Certificazione UL-BR INMETRO (Brasile)
	Simbolo Riciclaggio	Unicode, riferimento U+267C

Simbolo	Descrizione	Standard
	Smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche separatamente dai rifiuti normali. Inviare il materiale da smaltire a Hologic o contattare il rappresentante di zona responsabile dell'assistenza	Direttiva RAEE 2002/96/CE
	Identificazione del paziente	ISO 15223-1, Riferimento 5.7.3
	Sito web informazioni paziente	ISO 15223-1, Riferimento 5.7.4
	Centro sanitario o medico	ISO 15223-1, Riferimento 5.7.5
	Data	ISO 15223-1, Riferimento 5.7.6
	Identificativo univoco di dispositivo	ISO 15223-1, Riferimento 5.7.10
	Gettare in caso di macchia nera	Hologic
	Non spingere	ISO 7010, Riferimento P017
	Non sedersi	ISO 7010, Riferimento P018
	Non calpestare la superficie	ISO 7010, Riferimento P019

Simbolo	Descrizione	Standard
	Radiazione ionizzata emessa quando il fascio di raggi X viene alimentato	ISO 7010, Riferimento W003
	Avvertenza che impone di utilizzare una protezione adeguata	ISO 7010, Riferimento W009
	Prestare attenzione nel sollevare carichi pesanti	Nessuno
	Tenere lontano dalla luce del sole	ISO 7000, Riferimento 0624
	Contiene o presenza di ftalati	BS EN 15986 Riferimento n. A.4
	Contiene sostanze pericolose	ISO 7000-3723
	Codice paese per la traduzione	ISO 3166
	Zona ad alto rischio	ISO -7010