

The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health

Ordliste med forklaringer

Dette er en ordliste med forklaringer på produkter og etiketter på Hologic Breast and Skeletal Health. Bruk denne ordlisten som et supplement til produkthåndbøkene dine.

Symbol	Beskrivelse	Standard
	Reseptbelagt bruk	FDA 21 CFR 801.109
	Ikke trygt å bruke for magnetresonanstomografi (MR-undersøkelse)	ASTM F2503 referansenr. tabell 2, symbol 7.3.3; 7.4.9.1; fig. 9
	Betinget bruk for magnetresonanstomografi (MR-undersøkelse)	ASTM F2503 referansenr. tabell 2; 7.4.6.1; Fig 6,7
	Forsiktig — stråling	Hologic
	Nødstop	Hologic
	Rullestol tilgjengelig	Hologic
	Fotbryterforbindelse	Hologic
	Fotbryterens ledningssamlingsplate	Hologic
	Wifi	Hologic
	Fare: Klemmepunkt	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Batteri	Hologic


The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health

Ordliste med forklaringer


Symbol	Beskrivelse	Standard
YYYY-MM-DD	Datoformat: YYYY representerer året MM representerer måneden DD representerer dagen	Hologic
	Kretsbytter	Hologic
Translations in Box	Oversettelser i boks	Hologic
Temp Logger Activated	Temperaturlogger aktivert	Hologic
Temp Logger SN	Serienummer for temperaturlogger	Hologic
PN	Delenummer	Hologic
REV	Oppdatering	Hologic
Model	Modellnummer	Hologic
QTY	Antall	Hologic
SFW SHIPPED	Programvareversjon sendt	Hologic
SFW Version	Programvareversjonsnummer	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Programinstallasjon	Hologic
Verified By	Verifisert av	Hologic
CASE	Kasse (boks eller pakning)	Hologic
VC	Leverandørkode	Hologic
Made in USA	Produsert i USA	Hologic

The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health

Ordliste med forklaringer

Symbol	Beskrivelse	Standard
Made in Costa Rica	Produsert i Costa Rica	Hologic
Assembled in Costa Rica	Montert i Costa Rica	Hologic
Made in China	Produsert i Kina	Hologic
Made in Mexico	Produsert i Mexico	Hologic
Made in Thailand	Produsert i Thailand	Hologic
Patents	Patenter	Hologic
USA REP	USA-representant	Hologic
LATERAL ARM USE ONLY	Kun til bruk for sidearm	Hologic
Q.C. Use Only	Kun bruk av kvalitetskontroll	Hologic
UNLOAD THIS SIDE	Last av fra denne siden	Hologic
RAMP THIS SIDE	Bruk rampe på denne siden	Hologic
MATL	Materiale	Hologic
	Låst opp	IEC 60417 henvisning nr. 5569
	«PÅ» (strøm)	IEC 60417, henvisning 5007
	«AV» (strøm)	IEC 60417, henvisning 5008
	Sikring	IEC 60417, henvisning 5016

Symbol	Beskrivelse	Standard
	Beskyttende jord (bakken)	IEC 60417, henvisning 5019
	Potensialutjevningsterminal	IEC 60417, henvisning 5021
	Vekselstrøm	IEC 60417, henvisning 5032
	Farlig spenning	IEC 60417, henvisning 5036
	Dette systemet sender ut radiofrekvent (RF) energi (ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling)	IEC 60417, henvisning 5140
	Pasientnær del av type BF	IEC 60417, henvisning 5333
	Type B pasientnær del	IEC 60417, henvisning 5840
	Ethernet	IEC 60417, henvisning 5988
	Advarsel, elektrisitet	IEC 60417, henvisning 6042
	USB	IEC 60417-1
	Låst	IEC 60417-5569
	«På» og «Av» (strøm) for datamaskinen og skjermen	IEC 60417-5010
	Jord (bakken)	IEC 60417-5017
	Elektrostatisk-sensitiv enhet	IEC 60417-5134

Symbol	Beskrivelse	Standard
	«PÅ» for del av utstyret	IEC 60417-5264
	«AV» for del av utstyret	IEC 60417-5264
	Standby-bryter for datamaskin	IEC 60417-5266
	Røntgenkildeenhet	IEC 60417-5338
	Røntgenkilde utstråler	IEC 60417-5339
	Strålingsfilter	IEC 60417-5381
	Skal ikke senkes ned i noen væske	IEC 60417-5995
IPX8	Utstyret til tilbehøret er egnet for kontinuerlig nedsenking i vann (opptil 1 m dypt i 1 time)	IEC 60529
 IPX4	Sprutsikker	IEC 60529
IPX6	Kraftige vannstråler som rettes mot utstyret eller tilbehør fra enhver retning, skal ikke ha noen skadelige effekter	IEC 60529

Symbol	Beskrivelse	Standard
IP54	Beskyttet mot støvbegrenset inntrenging, ingen skadelige avleiringer og beskyttet mot vannsprut fra alle retninger, begrenset inntrengning tillatt	IEC 60529
IP22	Beskyttet mot faste fremmedlegemer på 12,5 mm Ø og større Og beskyttelse mot vertikalt fallende vanndråper når INNKAPSLING er skråstilt opptil 15°	IEC 60529
	Medisinsk enhet	ISO 15223-1, henvisning 5.7.7
	Produsent	ISO 15223-1, henvisning 5.1.1
	Autorisert representant i EU	ISO 15223-1, henvisning 5.1.2
	Indikerer den autoriserte representanten i Sveits	MedDO; SR 812.213
	Produksjonsdato	ISO 15223-1, henvisning 5.1.3
	Produksjonsland	ISO 15223-1, henvisning 5.1.11
	Brukes innen	ISO 15223-1, henvisning 5.1.4
	Partikode	ISO 15223-1, henvisning 5.1.5
	Katalognummer	ISO 15223-1, henvisning 5.1.6
	Serienummer	ISO 15223-1, henvisning 5.1.7
	Sterilisert med etylenoksid	ISO 15223-1, henvisning 5.2.3
	Sterilisert med bestråling	ISO 15223-1, henvisning 5.2.4

The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health

Ordliste med forklaringer

Symbol	Beskrivelse	Standard
	Enkelt sterilt barrieresystem	ISO 7000-3707
	Enkelt sterilt barrieresystem og beskyttende emballasje på innsiden	ISO 7000-3708
	Enkelt sterilt barrieresystem med beskyttende emballasje på utsiden	ISO 7000-3709
	Må ikke steriliseres på nytt	ISO 15223-1, henvisning 5.2.6
	Ikke-steril	ISO 15223-1, henvisning 5.2.7
	Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet	ISO 15223-1, henvisning 5.2.8
	Skjør, håndter med forsiktighet	ISO 15223-1, henvisning 5.3.1
	Oppbevares tørt	ISO 15223-1, henvisning 5.3.4
	Nedre temperaturgrense	ISO 15223-1, henvisning 5.3.5
	Øvre temperaturgrense	ISO 15223-1, henvisning 5.3.6
	Temperaturgrense	ISO 15223-1, henvisning 5.3.7
	Fuktighetsgrense	ISO 15223-1, henvisning 5.3.8

The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health

Ordliste med forklaringer

Symbol	Beskrivelse	Standard
	Grenser for atmosfærisk trykk	ISO 15223-1, henvisning 5.3.9
	Må ikke brukes flere ganger	ISO 15223-1, henvisning 5.4.2
 www.hologic.com/package-inserts	Se i bruksanvisningen	ISO 15223-1, henvisning 5.4.3 Hologic
	Følg bruksanvisningen	IEC 60601-1, referansenr. tabell D.2, sikkerhetsmerke 10 (ISO 7010-M002)
	Forsiktig	ISO 15223-1, henvisning 5.4.4
	Totalvekt av utstyr og trygg arbeidslast	ISO 60417, henvisning 1321A
	Denne side opp	ISO 7000, henvisning 0623
	Skal ikke stables	ISO 7000, henvisning 2402
	Stablingsgrense etter nummer	ISO 7000, henvisning 2403
	Advarsel	ISO 7010, henvisning W001
	CE-merke Europeisk samsvar	MDR-regulering (EU) 2017/745
	CE-merke med varslet referansenummer for instans	MDR-regulering (EU) 2017/745
	Innhold	I/R

The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health

Ordliste med forklaringer

Symbol	Beskrivelse	Standard
	Inneholder naturlig gummilateks	I/R
	Inneholder ikke naturlig gummilateks	I/R
	Universal Serial Bus-tilkobling	I/R
	Ikke kutt	I/R
	CSA-notert enhet	Standards Council of Canada (SCC (Standardrådet i Canada)) og U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA (USAs administrasjon for yrkesmessig sikkerhet og helse))
	Medisinsk – generelt medisinsk utstyr med hensyn til elektrisk støt, brann og mekaniske farer kun i samsvar med ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 (2014) og IEC 60601-1:2012	UL-klassifisering
	ETL-sertifisering	Standards Council of Canada (SCC (Standardrådet i Canada)) og U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA (USAs administrasjon for yrkesmessig sikkerhet og helse))
	INMETRO & ULBR-merke	UL-BR INMETRO-sertifisering (Brasil)
	Resirkulerbar-symbol	Unikode, henvisning U+267C


The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health

Ordliste med forklaringer

Symbol	Beskrivelse	Standard
	Kast elektrisk og elektronisk utstyr separat fra standardavfall. Send utrangert materiale til Hologic eller kontakt servicerepresentanten	WEEE-direktiv 2002/96/EC
	Pasientidentifikasjon	ISO 15223-1, henvisning 5.7.3
	Nettsted for pasientinformasjon	ISO 15223-1, henvisning 5.7.4
	Helsesenter eller lege	ISO 15223-1, henvisning 5.7.5
	Dato	ISO 15223-1, henvisning 5.7.6
	Unik enhetsidentifikator	ISO 15223-1, henvisning 5.7.10
	Avvis hvis punktet er svart	Hologic
	Ikke skyv	ISO 7010, henvisning P017
	Sitt ikke her	ISO 7010, henvisning P018
	Ikke trå på overflaten	ISO 7010, henvisning P019
	Ionisert stråling sendes ut når røntgenstrålen aktiveres	ISO 7010, henvisning W003

The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health

Ordliste med forklaringer

Symbol	Beskrivelse	Standard
	Advarsel om bruk av riktig beskyttelse	ISO 7010, henvisning W009
	Vær forsiktig når du utfører tunge løft	Ingen
	holdes unna sollys	ISO 7000, henvisning 0624
	Inneholder ftalater, eller har forekomst av dette	BS EN 15986 Referansenr. A.4
	Inneholder farlige stoffer	ISO 7000-3723
	Landskode for oversettelse	ISO 3166
	Klemmepunkt	ISO -7010