


Este es un glosario de símbolos de las etiquetas y los productos para la salud mamaria y ósea de Hologic. Utilice este glosario como complemento de los manuales de productos.

Símbolo	Descripción	Estándar
	Solo venta bajo receta	FDA 21 CFR 801.109
	No es seguro para imágenes por resonancia magnética	ASTM F2503 referencia n.º Tabla 2, símbolo 7.3.3; 7.4.9.1; fig. 9
	Uso condicional para imágenes por resonancia magnética	ASTM F2503 referencia n.º Tabla 2; 7.4.6.1; fig. 6,7
	Precaución: radiación	Hologic
	Parada de emergencia	Hologic
	Accesible para sillas de ruedas	Hologic
	Conexión del conmutador de pedal	Hologic
	Placa para organizar el cable del conmutador de pedal	Hologic
	Wi-Fi	Hologic
	Peligro: Punto de pinzamiento	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Batería	Hologic

Etiquetas y productos para la salud mamaria y ósea

Glosario de símbolos


Símbolo	Descripción	Estándar
YYYY-MM-DD	Formato de fecha: YYYY representa el año MM representa el mes DD representa el día	Hologic
	Disyuntor	Hologic
Translations in Box	Traducciones en el cuadro	Hologic
Temp Logger Activated	Registrador de temperatura activado	Hologic
Temp Logger SN	Número de serie del registrador de temperatura	Hologic
PN	Número de referencia	Hologic
REV	Revisión	Hologic
Model	Número del modelo	Hologic
QTY	Cantidad	Hologic
SFW SHIPPED	Versión de software suministrada	Hologic
SFW Version	Número de versión de software	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Instalación de la aplicación	Hologic
Verified By	Verificado por	Hologic
CASE	Caja (estuche o paquete)	Hologic
VC	Código de proveedor	Hologic
Made in USA	Hecho en los Estados Unidos de América	Hologic

Símbolo	Descripción	Estándar
	Hecho en Costa Rica	Hologic
	Ensamblado en Costa Rica	Hologic
	Hecho en China	Hologic
	Hecho en México	Hologic
	Hecho en Tailandia	Hologic
	Patentes	Hologic
	Representante de EE. UU.	Hologic
	Solo uso del brazo lateral	Hologic
	Solo uso del control de calidad	Hologic
	Descargar este lado	Hologic
	Colocar rampa en este lado	Hologic
	Material	Hologic
	Desbloqueado	IEC 60417 referencia 5569
	"ENCENDIDO" (alimentación)	IEC 60417, referencia 5007
	"APAGADO" (alimentación)	IEC 60417, referencia 5008
	Fusible	IEC 60417, referencia 5016

Etiquetas y productos para la salud mamaria y ósea

Glosario de símbolos

Símbolo	Descripción	Estándar
	Tierra de protección	IEC 60417, referencia 5019
	Terminal de ecualización de potencial	IEC 60417, referencia 5021
	Corriente alterna	IEC 60417, referencia 5032
	Voltaje peligroso	IEC 60417, referencia 5036
	Este sistema transmite energía de radiofrecuencia (RF) (radiación electromagnética no ionizante)	IEC 60417, referencia 5140
	Pieza aplicada tipo BF	IEC 60417, referencia 5333
	Pieza aplicada tipo B	IEC 60417, referencia 5840
	Ethernet	IEC 60417, referencia 5988
	Electricidad peligrosa	IEC 60417, referencia 6042
	USB	IEC 60417-1
	Bloqueado	IEC 60417-5569
	El interruptor de encendido/apagado (alimentación) para el equipo informático y la pantalla	IEC 60417-5010
	Tierra	IEC 60417-5017

Símbolo	Descripción	Estándar
	Dispositivo sensible a la electrostática	IEC 60417-5134
	"ENCENDIDO" para parte del aparato	IEC 60417-5264
	"APAGADO" para parte del aparato	IEC 60417-5264
	Interruptor de espera del ordenador	IEC 60417-5266
	Conjunto de fuente de rayos X	IEC 60417-5338
	Emisión de rayos X	IEC 60417-5339
	Filtro de radiación	IEC 60417-5381
	No sumergir en ningún líquido	IEC 60417-5995
IPX8	Equipo accesorio apto para inmersión continua en agua (hasta 1 m de profundidad durante 1 hora)	IEC 60529
 IPX4	Resistente a salpicaduras	IEC 60529

Símbolo	Descripción	Estándar
IPX6	El agua arrojada a chorros hacia el aparato o accesorio desde cualquier dirección no tendrá efectos nocivos	IEC 60529
IP54	Protegido contra la penetración de una cantidad limitada de polvo (sin depósitos nocivos). Protegido contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones (se permite una entrada limitada)	IEC 60529
IP22	Protegido contra cuerpos sólidos extraños de 12,5 mm Ø o más. Protegido contra la caída vertical de gotas de agua cuando la CARCASA está inclinada a 15°	IEC 60529
	Dispositivo médico	ISO 15223-1, referencia 5.7.7
	Fabricante	ISO 15223-1, referencia 5.1.1
	Representante autorizado en la Comunidad Europea	ISO 15223-1, referencia 5.1.2
	Indica el representante autorizado en Suiza	MedDO; SR 812.213
	Fecha de fabricación	ISO 15223-1, referencia 5.1.3
	País de fabricación	ISO 15223-1, referencia 5.1.11
	Fecha de caducidad	ISO 15223-1, referencia 5.1.4
	Código de lote	ISO 15223-1, referencia 5.1.5
	Número de catálogo	ISO 15223-1, referencia 5.1.6
	Número de serie	ISO 15223-1, referencia 5.1.7

Etiquetas y productos para la salud mamaria y ósea

Glosario de símbolos

Símbolo	Descripción	Estándar
	Esterilizado mediante óxido de etileno	ISO 15223-1, referencia 5.2.3
	Esterilizado mediante radiación	ISO 15223-1, referencia 5.2.4
	Sistema de barrera estéril único	ISO 7000- 3707
	Sistema de barrera estéril único con embalaje protector interior	ISO 7000- 3708
	Sistema de barrera estéril único con embalaje protector exterior	ISO 7000- 3709
	No volver a esterilizar	ISO 15223-1, referencia 5.2.6
	No estéril	ISO 15223-1, referencia 5.2.7
	No utilizar si el envoltorio está dañado	ISO 15223-1, referencia 5.2.8
	Frágil; manipular con cuidado	ISO 15223-1, referencia 5.3.1
	Mantener seco	ISO 15223-1, referencia 5.3.4
	Límite mínimo de temperatura	ISO 15223-1, referencia 5.3.5
	Límite máximo de temperatura	ISO 15223-1, referencia 5.3.6
	Límite de temperatura	ISO 15223-1, referencia 5.3.7

Etiquetas y productos para la salud mamaria y ósea

Glosario de símbolos


Símbolo	Descripción	Estándar
	Limitación de humedad	ISO 15223-1, referencia 5.3.8
	Limitación de presión atmosférica	ISO 15223-1, referencia 5.3.9
	No reutilizar	ISO 15223-1, referencia 5.4.2
	Consulte las instrucciones de uso	ISO 15223-1, referencia 5.4.3 Hologic
	Siga las instrucciones de uso	IEC 60601- 1, Referencia nº tabla D.2, Señal de seguridad 10 (ISO 7010-M002)
	Precaución	ISO 15223-1, referencia 5.4.4
	Peso combinado del equipo y de su carga de trabajo segura	ISO 60417, referencia 1321A
	Hacia arriba	ISO 7000, referencia 0623
	No apilar	ISO 7000, referencia 2402
	Límite de elementos apilados por número	ISO 7000, referencia 2403
	Advertencia	ISO 7010, referencia W001
	Marca CE Conformidad europea	Reglamento MDR (UE) 2017/745
	Marca CE con número de referencia del organismo notificado	Reglamento MDR (UE) 2017/745

Etiquetas y productos para la salud mamaria y ósea

Glosario de símbolos

Símbolo	Descripción	Estándar
	Contenido	N/A
	Contiene látex de goma natural	N/A
	No contiene látex de caucho natural	N/A
	Conexión de Universal Serial Bus	N/A
	No cortar	N/A
	Dispositivo en la lista de CSA	Consejo de normas de Canadá (SCC) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
	Médico - Equipo médico general respecto a descargas eléctricas, incendios y riesgos mecánicos exclusivamente conforme a las normas ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 N.º 60601-1 (2014) y CEI 60601-1:2012	Clasificación de UL
	Certificación ETL	Consejo de normas de Canadá (SCC) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
	Marca INMETRO y ULBR	Certificación UL-BR INMETRO (Brasil)
	Símbolo de reciclable	Unicode, referencia U+267C

Símbolo	Descripción	Estándar
	Para desecharlos, separe los dispositivos eléctricos y electrónicos de los desechos normales. Envíe el material desmontado a Hologic o contacte con su representante de servicio	Directiva RAEE 2002/96/EC
	Identificación del paciente	ISO 15223-1, referencia 5.7.3
	Sitio web de información del paciente	ISO 15223-1, referencia 5.7.4
	Centro de salud o médico	ISO 15223-1, referencia 5.7.5
	Fecha	ISO 15223-1, referencia 5.7.6
	Identificador de dispositivo único	ISO 15223-1, referencia 5.7.10
	Rechazar si punto negro	Hologic
	No empujar	ISO 7010, referencia P017
	No sentarse	ISO 7010, referencia P018
	No pisar la superficie	ISO 7010, referencia P019
	Radiación ionizada emitida cuando se energiza al haz de rayos X	ISO 7010, referencia W003

Símbolo	Descripción	Estándar
	Advertencia para utilizar la protección adecuada	ISO 7010, referencia W009
	Cuidado al levantar objetos pesados	Ninguno
	Mantener alejado de la luz solar	ISO 7000, referencia 0624
	Contiene ftalato o trazas de ftalato	BS EN 15986 Nº de referencia A.4
	Contiene sustancias peligrosas	ISO 7000- 3723
	Código de país para la traducción	ISO 3166.
	Punto de pinzamiento	ISO -7010.