

Το παρακάτω είναι ένα γλωσσάριο συμβόλων σχετικά με τα προϊόντα και τις ετικέτες για την υγεία του μαστού και σκελετού της Hologic. Χρησιμοποιήστε αυτό το γλωσσάριο ως συμπλήρωμα των εγχειριδίων προϊόντων.

Σύμβολο	Περιγραφή	Πρότυπο
	Χρήση μόνο με ιατρική συνταγή	FDA 21 CFR 801.109
	Μη ασφαλές για απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού	ASTM F2503 Αριθμός αναφοράς, Πίνακας 2, Σύμβολο 7.3.3, 7.4.9.1, Εικ. 9
	Ασφαλές για απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού υπό προϋποθέσεις	ASTM F2503 Αριθμός αναφοράς, Πίνακας 2, 7.4.6.1, Εικ. 6,7
	Προσοχή—ακτινοβολία	Hologic
	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Hologic
	Προσβάσιμο για αναπηρικό αμαξίδιο	Hologic
	Σύνδεση ποδοδιακόπτη	Hologic
	Πλάκα διαχείρισης καλωδίου ποδοδιακόπτη	Hologic
	Wi-Fi	Hologic
	Κίνδυνος: Σημείο σύνθλιψης	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Μπαταρία	Hologic

Σύμβολο	Περιγραφή	Πρότυπο
YYYY-MM-DD	Μορφή ημερομηνίας: Το μέρος YYYY αντιπροσωπεύει το έτος Το μέρος MM αντιπροσωπεύει τον μήνα Το μέρος DD αντιπροσωπεύει την ημέρα	Hologic
	Ασφαλειοδιακόπτης	Hologic
Translations in Box	Μεταφράσεις εντός της συσκευασίας	Hologic
Temp Logger Activated	Ενεργό καταγραφικό θερμοκρασίας	Hologic
Temp Logger SN	Σειριακός αριθμός καταγραφικού θερμοκρασίας	Hologic
PN	Κωδικός είδους	Hologic
REV	Αναθεώρηση	Hologic
Model	Αριθμός μοντέλου	Hologic
QTY	Ποσότητα	Hologic
SFW SHIPPED	Έκδοση λογισμικού που αποστέλλεται	Hologic
SFW Version	Αριθμός έκδοσης λογισμικού	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Εγκατάσταση εφαρμογής	Hologic
Verified By	Επαληθεύτηκε με	Hologic
CASE	Θήκη (κιβώτιο ή συσκευασία)	Hologic
VC	Κωδικός προμηθευτή	Hologic


Προϊόντα και ετικέτες για την υγεία μαστού και σκελετού



Γλωσσάριο συμβόλων

Σύμβολο	Περιγραφή	Πρότυπο
Made in USA	Κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής	Hologic
Made in Costa Rica	Κατασκευάζεται στην Κόστα Ρίκα	Hologic
Assembled in Costa Rica	Συναρμολογείται στην Κόστα Ρίκα	Hologic
Made in China	Κατασκευάζεται στην Κίνα	Hologic
Made in Mexico	Κατασκευάζεται στο Μεξικό	Hologic
Made in Thailand	Κατασκευάζεται στην Ταϊλάνδη	Hologic
Patents	Διπλώματα ευρεσιτεχνίας	Hologic
USA REP	Αντιπρόσωπος ΗΠΑ	Hologic
LATERAL ARM USE ONLY	Μόνο για χρήση με πλευρικό βραχίονα	Hologic
Q.C. Use Only	Μόνο για χρήση ποιοτικού ελέγχου	Hologic
UNLOAD THIS SIDE	Εκφορτώστε από αυτήν την πλευρά	Hologic
RAMP THIS SIDE	Χρησιμοποιήστε ράμπα από αυτήν την πλευρά	Hologic
MATL	Υλικό	Hologic
	Ξεκλειδωτο	IEC 60417, Αριθμός αναφοράς 5569
	«Ενεργοποίηση» (ισχύς)	IEC 60417, Αναφορά 5007
	«Απενεργοποίηση» (ισχύς)	IEC 60417, Αναφορά 5008

Προϊόντα και ετικέτες για την υγεία μαστού και σκελετού

Γλωσσάριο συμβόλων

Σύμβολο	Περιγραφή	Πρότυπο
	Ασφάλεια	IEC 60417, Αναφορά 5016
	Προστατευτική γείωση	IEC 60417, Αναφορά 5019
	Ακροδέκτης ισοστάθμισης δυναμικού	IEC 60417, Αναφορά 5021
	Εναλλασσόμενο ρεύμα	IEC 60417, Αναφορά 5032
	Επικίνδυνη τάση	IEC 60417, Αναφορά 5036
	Αυτό το σύστημα εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) (μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία)	IEC 60417, Αναφορά 5140
	Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου BF	IEC 60417, Αναφορά 5333
	Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου B	IEC 60417, Αναφορά 5840
	Ethernet	IEC 60417, Αναφορά 5988
	Προειδοποίηση ηλεκτρισμού	IEC 60417, Αναφορά 6042
	USB	IEC 60417-1
	Κλειδωμένο	IEC 60417-5569
	«Ενεργοποίηση» και «Απενεργοποίηση» (ισχύος) του υπολογιστή και της οθόνης.	IEC 60417-5010
	Γη (γείωση)	IEC 60417-5017

Σύμβολο	Περιγραφή	Πρότυπο
	Ηλεκτροστατικά ευαίσθητη συσκευή	IEC 60417-5134
	«Ενεργοποίηση» για μέρος του εξοπλισμού	IEC 60417-5264
	«Απενεργοποίηση» για μέρος του εξοπλισμού	IEC 60417-5264
	Διακόπτης αναμονής υπολογιστή	IEC 60417-5266
	Συγκρότημα πηγής ακτίνων Χ	IEC 60417-5338
	Εκπομπή πηγής ακτίνων Χ	IEC 60417-5339
	Φίλτρο ακτινοβολίας	IEC 60417-5381
	Να μην εμβαπτίζεται σε οποιοδήποτε υγρό	IEC 60417-5995
IPX8	Ο εξοπλισμός ή το εξάρτημα είναι κατάλληλο για συνεχή εμβάπτιση στο νερό (βύθιση έως 1 m για 1 ώρα)	IEC 60529
 IPX4	Αδιάβροχο	IEC 60529

Σύμβολο	Περιγραφή	Πρότυπο
IPX6	Το νερό που εκτοξεύεται με ισχυρούς πίδακες στον εξοπλισμό ή το εξάρτημα από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν έχει επιβλαβείς επιδράσεις	IEC 60529
IP54	Προστατευμένο από περιορισμένη εισχώρηση σκόνης, χωρίς επιβλαβείς εναποθέσεις, και προστατευμένο από νερό που εκτοξεύεται από όλες τις κατευθύνσεις, με επιτρεπόμενη περιορισμένη εισχώρηση	IEC 60529
IP22	Προστατευμένο από στερεά ξένα αντικείμενα διαμέτρου 12,5 mm και μεγαλύτερου μεγέθους και προστατευμένο από κατακόρυφη πτώση σταγόνων νερού όταν το ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ παρουσιάσει κλίση έως 15°	IEC 60529
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	ISO 15223-1, Αναφορά 5.7.7
	Κατασκευαστής	ISO 15223-1, Αναφορά 5.1.1
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα	ISO 15223-1, Αναφορά 5.1.2
	Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ελβετία	MedDO, SR 812.213
	Ημερομηνία κατασκευής	ISO 15223-1, Αναφορά 5.1.3
	Χώρα κατασκευής	ISO 15223-1, Αναφορά 5.1.11
	Ημερομηνία λήξης	ISO 15223-1, Αναφορά 5.1.4
	Κωδικός παρτίδας	ISO 15223-1, Αναφορά 5.1.5


Προϊόντα και ετικέτες για την υγεία μαστού και σκελετού

Γλωσσάριο συμβόλων

Σύμβολο	Περιγραφή	Πρότυπο
	Αριθμός καταλόγου	ISO 15223-1, Αναφορά 5.1.6
	Σειριακός αριθμός	ISO 15223-1, Αναφορά 5.1.7
	Αποστειρωμένο με χρήση αιθυλενοξειδίου	ISO 15223-1, Αναφορά 5.2.3
	Αποστειρωμένο με χρήση ακτινοβολήσης	ISO 15223-1, Αναφορά 5.2.4
	Σύστημα μονού φραγμού αποστείρωσης	ISO 7000-3707
	Σύστημα μονού φραγμού αποστείρωσης με εσωτερική προστατευτική συσκευασία	ISO 7000-3708
	Σύστημα μονού φραγμού αποστείρωσης με εξωτερική προστατευτική συσκευασία	ISO 7000-3709
	Να μην επαναποστειρώνεται	ISO 15223-1, Αναφορά 5.2.6
	Μη αποστειρωμένο	ISO 15223-1, Αναφορά 5.2.7
	Να μη χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά	ISO 15223-1, Αναφορά 5.2.8
	Εύθραυστο, απαιτείται προσεκτικός χειρισμός	ISO 15223-1, Αναφορά 5.3.1
	Να διατηρείται στεγνό	ISO 15223-1, Αναφορά 5.3.4
	Κατώτατο όριο θερμοκρασίας	ISO 15223-1, Αναφορά 5.3.5
	Ανώτατο όριο θερμοκρασίας	ISO 15223-1, Αναφορά 5.3.6

Προϊόντα και ετικέτες για την υγεία μαστού και σκελετού

Γλωσσάριο συμβόλων


Σύμβολο	Περιγραφή	Πρότυπο
	Όριο θερμοκρασίας	ISO 15223-1, Αναφορά 5.3.7
	Όριο υγρασίας	ISO 15223-1, Αναφορά 5.3.8
	Όριο ατμοσφαιρικής πίεσης	ISO 15223-1, Αναφορά 5.3.9
	Να μην επαναχρησιμοποιείται	ISO 15223-1, Αναφορά 5.4.2
 www.hologic.com/package-inserts	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης	ISO 15223-1, Αναφορά 5.4.3 Hologic
	Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης	IEC 60601-1, Αρ. αναφοράς Πίνακας D.2, σήμα ασφαλείας 10 (ISO 7010-M002)
	Προσοχή	ISO 15223-1, Αναφορά 5.4.4
	Συνδυαστικό βάρος εξοπλισμού και ασφαλούς φορτίου λειτουργίας του	ISO 60417, Αναφορά 1321A
	Με αυτήν την πλευρά προς τα πάνω	ISO 7000, Αναφορά 0623
	Μη στοιβάζετε το προϊόν	ISO 7000, Αναφορά 2402
	Όριο στοιβάξης ανά αριθμό	ISO 7000, Αναφορά 2403
	Προειδοποίηση	ISO 7010, Αναφορά W001

Προϊόντα και ετικέτες για την υγεία μαστού και σκελετού

Γλωσσάριο συμβόλων

Σύμβολο	Περιγραφή	Πρότυπο
	Σήμανση CE Ευρωπαϊκή συμμόρφωση	Κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDR) (EE) 2017/745
	Σήμανση CE με αριθμό αναφοράς κοινοποιημένου οργανισμού	Κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDR) (EE) 2017/745
	Περιεχόμενα	Δ/Δ
	Περιέχει λάτεξ από φυσικό καουτσούκ	Δ/Δ
	Δεν περιέχει λάτεξ από φυσικό καουτσούκ	Δ/Δ
	Σύνδεση Universal Serial Bus (Ενιαίος σειριακός δίαυλος)	Δ/Δ
	Μην κόβετε	Δ/Δ
	Συσκευή με ταξινόμηση κατά CSA	Συμβούλιο Προτύπων του Καναδά (SCC) και Υπηρεσία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (OSHA) των ΗΠΑ
	Ιατρικός εξοπλισμός – Γενικός ιατρικός εξοπλισμός σε ό,τι αφορά κινδύνους ηλεκτροπληξίας, κινδύνους πυρκαγιάς και μηχανικούς κινδύνους μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 Ar. 60601-1 (2014) και IEC 60601-1:2012	Ταξινόμηση UL
	Πιστοποίηση ETL	Συμβούλιο Προτύπων του Καναδά (SCC) και Υπηρεσία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (OSHA) των ΗΠΑ

Σύμβολο	Περιγραφή	Πρότυπο
	Σήμανση INMETRO & ULBR	Πιστοποίηση UL-BR INMETRO (Βραζιλία)
	Σύμβολο ανακύκλωσης	Unicode, Αναφορά U+267C
	Απορρίψτε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ξεχωριστά από τα τυπικά απορρίμματα. Αποστείλετε το υλικό που αποσύρεται στην Hologic ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις της περιοχής σας	Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα ΑΗΗΕ
	Αναγνώριση ασθενούς	ISO 15223-1, Αναφορά 5.7.3
	Ιστοσελίδα πληροφοριών ασθενών	ISO 15223-1, Αναφορά 5.7.4
	Κέντρο υγείας ή ιατρός	ISO 15223-1, Αναφορά 5.7.5
	Ημερομηνία	ISO 15223-1, Αναφορά 5.7.6
	Αποκλειστικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος	ISO 15223-1, Αναφορά 5.7.10
	Απόρριψη σε περίπτωση μαύρης κουκκίδας	Hologic
	Μην σπρώχνετε	ISO 7010, Αναφορά P017
	Μην κάθεστε	ISO 7010, Αναφορά P018

Σύμβολο	Περιγραφή	Πρότυπο
	Μην ανεβαίνετε στην επιφάνεια	ISO 7010, Αναφορά P019
	Ιονίζουσα ακτινοβολία που εκπέμπεται όταν ενεργοποιείται η δέσμη ακτίνων Χ	ISO 7010, Αναφορά W003
	Προειδοποίηση για χρήση κατάλληλης προστασίας	ISO 7010, Αναφορά W009
	Απαιτείται προσοχή κατά την ανύψωση βαρέων αντικειμένων	Κανένα
	Να φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως	ISO 7000, Αναφορά 0624
	Περιέχει φθαλικές ενώσεις ή παρουσία φθαλικών ενώσεων	BS EN 15986 Αρ. αναφοράς. A.4
	Περιέχει επικίνδυνες ουσίες	ISO 7000-3723
	Κωδικός χώρας για μετάφραση	ISO 3166
	Σημείο σύνθλιψης	ISO -7010