




Ovo je pojmovnik simbola na proizvodima i naljepnicama Breast i Skeletal Health društva Hologic. Ovim pojmovnikom služite se kao dodatkom uz vaše priručnike za proizvod.

Simbol	Opis	Norma
	Samo za uporabu na recept	FDA 21 CFR 801.109
	Nije sigurno za uporabu uz snimanje magnetskom rezonancijom	Referentni br. ASTM F2503 Tablica 2, Simbol 7.3.3; 7.4.9.1; Sl. 9
	Uvjetno sigurno za uporabu uz snimanje magnetskom rezonancijom	Referentni br. ASTM F2503 Tablica 2; 7.4.6.1; Sl. 6, 7
	Oprez – zračenje	Hologic
	Zaustavljanje u slučaju nužde	Hologic
	Moguća je uporaba uz invalidska kolica	Hologic
	Priključak za nožni prekidač	Hologic
	Pločica za vođenje kabela nožnog prekidača	Hologic
	Wi-Fi	Hologic
	Opasnost: mjesto prignječenja	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Baterija	Hologic

Simbol	Opis	Norma
YYYY-MM-DD	Oblik datuma: YYYY predstavlja godinu MM predstavlja mjesec DD predstavlja dan	Hologic
	Prekidač strujnog kruga	Hologic
Translations in Box	Prijevod priloženi	Hologic
Temp Logger Activated	Bilježenje temperature aktivirano	Hologic
Temp Logger SN	Serijski broj sustava za bilježenje temperature	Hologic
PN	Broj dijela	Hologic
REV	Revizija	Hologic
Model	Broj modela	Hologic
QTY	Količina	Hologic
SFW SHIPPED	Isporučena inačica softvera	Hologic
SFW Version	Broj inačice softvera	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Instalacija aplikacije	Hologic
Verified By	Potvrdio	Hologic
CASE	Pakiranje (kutija ili paket)	Hologic
VC	Kôd prodavača	Hologic
Made in USA	Proizvedeno u Sjedinjenim Američkim Državama	Hologic

Simbol	Opis	Norma
Made in Costa Rica	Proizvedeno u Kostarici	Hologic
Assembled in Costa Rica	Sastavljeno u Kostarici	Hologic
Made in China	Proizvedeno u Kini	Hologic
Made in Mexico	Proizvedeno u Meksiku	Hologic
Made in Thailand	Proizvedeno u Tajlandu	Hologic
Patents	Patenti	Hologic
USA REP	Predstavnik u SAD-u	Hologic
LATERAL ARM USE ONLY	Samo uporaba bočnog luka	Hologic
Q.C. Use Only	Samo uporaba za kontrolu kvalitete	Hologic
UNLOAD THIS SIDE	Iskrcajte s ove strane	Hologic
RAMP THIS SIDE	Rampa s ove strane	Hologic
MATL	Materijal	Hologic
	Otključano	IEC 60417, referentni br. 5569
	„UKLJUČIVANJE” (napajanje)	IEC 60417, referentni broj 5007
	„ISKLUČIVANJE” (napajanje)	IEC 60417, referentni broj 5008
	Osigurač	IEC 60417, referentni broj 5016

Simbol	Opis	Norma
	Zaštitno uzemljenje	IEC 60417, referentni broj 5019
	Priključak za izjednačavanje potencijala	IEC 60417, referentni broj 5021
	Izmjenična struja	IEC 60417, referentni broj 5032
	Opasan napon	IEC 60417, referentni broj 5036
	Ovaj sustav odašilje radiofrekvencijsku (RF) energiju (neionizirajuće elektromagnetsko zračenje)	IEC 60417, referentni broj 5140
	Primijenjeni dio tipa BF	IEC 60417, referentni broj 5333
	Primijenjeni dio tipa B	IEC 60417, referentni broj 5840
	Ethernet	IEC 60417, referentni broj 5988
	Upozorenje na struju	IEC 60417, referentni broj 6042
	USB	IEC 60417-1
	Zaključano	IEC 60417-5569
	„Uključeno” i „Isključeno” (napajanje) za računalo i zaslon	IEC 60417-5010
	Uzemljenje	IEC 60417-5017
	Uređaj osjetljiv na statički elektricitet	IEC 60417-5134

Simbol	Opis	Norma
	„Uključeno“ za dio opreme	IEC 60417-5264
	„Isključeno“ za dio opreme	IEC 60417-5264
	Sklopka za stanje mirovanja računala	IEC 60417-5266
	Sklop izvora rendgenskog zračenja	IEC 60417-5338
	Emisija izvora rendgenskog zračenja	IEC 60417-5339
	Filtar za zračenje	IEC 60417-5381
	Nemojte uranjati ni u kakvu tekućinu.	IEC 60417-5995
IPX8	Oprema ili dodatna oprema prikladna je za trajno uranjanje u vodu (uranjanje do dubine od 1 m u trajanju od 1 sat).	IEC 60529
 IPX4	Otporno na prskanje	IEC 60529
IPX6	Voda u snažnim mlazovima usmjerenim prema opremi ili dodatnoj opremi iz bilo kojeg smjera neće uzrokovati nikakve štetne posljedice.	IEC 60529


Simbol	Opis	Norma
IP54	Zaštita od ograničenog prodora prašine, nema stvaranja štetnih naslaga i zaštita od prskanja vode iz svih smjerova, dopušten ograničen prodor	IEC 60529
IP22	Zaštita od krutih stranih predmeta promjera 12,5 mm ili većeg i zaštita od kapi koje padaju okomito kad je KUĆIŠTE pod nagibom do 15°.	IEC 60529
MD	Medicinski proizvod	ISO 15223-1, referentni broj 5.7.7
	Proizvođač	ISO 15223-1, referentni broj 5.1.1.
EC REP	Ovlašteni predstavnik za Europsku zajednicu	ISO 15223-1, referentni broj 5.1.2.
CH REP	Označava ovlaštenog predstavnika u Švicarskoj	MedDO; SR 812.213
	Datum proizvodnje	ISO 15223-1, referentni broj 5.1.3.
	Država proizvodnje	ISO 15223-1, referentni broj 5.1.11
	Datum roka trajanja	ISO 15223-1, referentni broj 5.1.4.
LOT	Šifra serije	ISO 15223-1, referentni broj 5.1.5.
REF	Kataloški broj	ISO 15223-1, referentni broj 5.1.6.
SN	Serijski broj	ISO 15223-1, referentni broj 5.1.7.
STERILE EO	Sterilizirano etilen-oksidom	ISO 15223-1, referentni broj 5.2.3.
STERILE R	Sterilizirano s pomoću zračenja	ISO 15223-1, referentni broj 5.2.4.

Simbol	Opis	Norma
	Sustav jednostruke sterilne barijere	ISO 7000-3707
	Sustav jednostruke sterilne barijere s unutarnjim zaštitnim pakiranjem	ISO 7000-3708
	Sustav jednostruke sterilne barijere s vanjskim zaštitnim pakiranjem	ISO 7000-3709
	Nemojte ponovno sterilizirati	ISO 15223-1, referentni broj 5.2.6.
	Nije sterilno	ISO 15223-1, referentni broj 5.2.7.
	Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno	ISO 15223-1, referentni broj 5.2.8.
	Lomljivo; pažljivo rukujte	ISO 15223-1, referentni broj 5.3.1.
	Držite na suhom	ISO 15223-1, referentni broj 5.3.4.
	Donja granica temperature	ISO 15223-1, referentni broj 5.3.5.
	Gornja granica temperature	ISO 15223-1, referentni broj 5.3.6.
	Granica temperature	ISO 15223-1, referentni broj 5.3.7.
	Ograničenje vlažnosti	ISO 15223-1, referentni broj 5.3.8.

Simbol	Opis	Norma
	Ograničenje atmosferskog tlaka	ISO 15223-1, referentni broj 5.3.9.
	Nemojte ponovno upotrebljavati	ISO 15223-1, referentni broj 5.4.2.
 www.hologic.com/package-inserts	Pogledajte upute za uporabu	ISO 15223-1, referentni broj 5.4.3 Hologic
	Pridržavajte se uputa za uporabu	IEC 60601-1, referentni br. Tablica D.2, Znak sigurnosti 10 (ISO 7010-M002)
	Oprez	ISO 15223-1, referentni broj 5.4.4.
	Kombinirana težina opreme i sigurno radno opterećenje	ISO 60417, referenca 1321A
	Ova strana prema gore	ISO 7000, referentni broj 0623
	Nemojte slagati jedno na drugo	ISO 7000, referentni broj 2402
	Ograničeni broj slaganja jedno na drugo	ISO 7000, referentni broj 2403
	Upozorenje	ISO 7010, referenca W001
	Oznaka CE Sukladnost s europskim normama	Uredba MDR (EU) 2017/745
	Oznaka CE s referentnim brojem prijavljenog tijela	Uredba MDR (EU) 2017/745
	Sadržaj	N/P

Simbol	Opis	Norma
	Sadržava lateks od prirodne gume	N/P
	Ne sadržava lateks od prirodne gume	N/P
	Priključak za univerzalnu serijsku sabirnicu	N/P
	Nemojte rezati	N/P
	Uređaj s popisa kanadske udruge za standardizaciju CSA	Kanadsko vijeće za norme (SCC) i Uprava za sigurnost i zdravlje pri radu SAD-a (OSHA)
	Medicinska - Opća medicinska oprema s obzirom na električni udar, požar i mehaničke opasnosti samo u skladu s ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 br. 60601-1 (2014) i IEC 60601-1:2012	Klasifikacija UL
	ETL certifikat	Kanadsko vijeće za norme (Standards Council of Canada, SCC) i američka Uprava za sigurnost i zdravlje na radu (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)
	Oznaka INMETRO i ULBR	Certifikacija UL-BR INMETRO (Brazil)
	Simbol za recikliranje	Unicode, oznaka U+267C

Simbol	Opis	Norma
	Električnu i elektroničku opremu odložite odvojeno od običnog otpada. Materijal stavljen izvan uporabe pošaljite tvrtki Hologic ili se obratite svome servisnom predstavniku.	Direktiva 2002/96/EZ OEEEO
	Identifikacija pacijenta	ISO 15223-1, referentni broj 5.7.3
	Web-mjesto s podacima o pacijentu	ISO 15223-1, referentni broj 5.7.4
	Ustanova za zdravstvenu skrb ili liječnik	ISO 15223-1, referentni broj 5.7.5
	Datum	ISO 15223-1, referentni broj 5.7.6
	Jedinstvena identifikacija proizvoda	ISO 15223-1, referentni broj 5.7.10
	Odbaci ako je točka crna	Hologic
	Zabranjeno guranje	ISO 7010, referentni broj P017
	Zabranjeno sjedenje	ISO 7010, referentni broj P018
	Zabranjeno je stupiti na površinu	ISO 7010, referentni broj P019
	Ionizirajuće zračenje emitira se kada se aktivira rendgenska zraka	ISO 7010, referentni broj W003

Simbol	Opis	Norma
	Upozorenje za uporabu odgovarajuće zaštite	ISO 7010, referentni broj W009
	Pažljivo podižite teške terete	Nijedno
	držite podalje od sunčeve svjetlosti	ISO 7000, referentni broj 0624
	Sadržava ftalate ili su oni prisutni	BS EN 15986 Referentni br. A.4
	Sadrži opasne tvari	ISO 7000-3723
	Kôd države za prijevod	ISO 3166
	Mjesto prignječenja	ISO 7010