


To je slovarček simbolov na izdelkih in oznakah Hologic Breast in Skeletal Health. Ta glosar uporabljajte kot dodatek k priročnikom za izdelke.

Simbol	Opis	Standardno
	Uporaba samo na recept	FDA 21 CFR 801.109
	Ni varno za slikanje z magnetno resonanco	ASTM F2503 referenčna št. tabele 2, simbol 7.3.3; 7.4.9.1; slika 9
	Pogojna uporaba za slikanje z magnetno resonanco	ASTM F2503 referenčna št. tabele 2; 7.4.6.1; slika 6,7
	Pozor – sevanje	Hologic
	Zaustavitev v sili	Hologic
	Dostopno za invalidske vozičke	Hologic
	Priključek za nožno stikalo	Hologic
	Plošča za upravljanje kabla nožnega stikala	Hologic
	Wi-Fi	Hologic
	Nevarnost: Točka stisnjenja	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Baterija	Hologic

Simbol	Opis	Standardno
YYYY-MM-DD	Oblika datuma: YYYY predstavlja leto MM predstavlja mesec DD predstavlja dan	Hologic
	Odklopnik	Hologic
Translations in Box	Prevodi v polju	Hologic
Temp Logger Activated	Vključen zapisovalnik temperature	Hologic
Temp Logger SN	Serijska številka zapisovalnika temperature	Hologic
PN	Številka dela	Hologic
REV	Revizija	Hologic
Model	Številka modela	Hologic
QTY	Količina	Hologic
SFW SHIPPED	Različica dobavljene programske opreme	Hologic
SFW Version	Številka različice programske opreme	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Namestitev aplikacije	Hologic
Verified By	Preveril/-a	Hologic
CASE	Ohišje (škatla ali ovojnina)	Hologic
VC	Koda prodajalca	Hologic
Made in USA	Izdelano v Združenih državah Amerike	Hologic

Simbol	Opis	Standardno
Made in Costa Rica	Izdelano v Kostariki	Hologic
Assembled in Costa Rica	Sestavljeno v Kostariki	Hologic
Made in China	Izdelano na Kitajskem	Hologic
Made in Mexico	Izdelano v Mehiki	Hologic
Made in Thailand	Izdelano na Tajskem	Hologic
Patents	Patenti	Hologic
USA REP	Predstavnik za ZDA	Hologic
LATERAL ARM USE ONLY	Samo uporaba lateralne roke	Hologic
Q.C. Use Only	Uporabno samo za nadzor kakovosti	Hologic
UNLOAD THIS SIDE	Raztovorite to stran	Hologic
RAMP THIS SIDE	Rampa na tej strani	Hologic
MATL	Material	Hologic
	Odklenjeno	IEC 60417 referenčna št. 5569
	»VKLOP« (napajanje)	IEC 60417, referenca 5007
	»IZKLOP« (napajanje)	IEC 60417, referenca 5008
	Varovalka	IEC 60417, referenca 5016

Simbol	Opis	Standardno
	Zaščitna ozemljitev	IEC 60417, referenca 5019
	Terminal za izenačitev potenciala	IEC 60417, referenca 5021
	Izmenični tok	IEC 60417, referenca 5032
	Nevarna napetost	IEC 60417, referenca 5036
	Ta sistem oddaja radiofrekvenčno (RF) energijo (neionizirajoče elektromagnetno sevanje)	IEC 60417, referenca 5140
	Del v stiku z bolnikom tipa BF	IEC 60417, referenca 5333
	Del v stiku z bolnikom tipa B	IEC 60417, referenca 5840
	Ethernet	IEC 60417, referenca 5988
	Opozorilo – elektrika	IEC 60417, referenca 6042
	USB	IEC 60417-1
	Zaklenjeno	IEC 60417-5569
	»Vklon« in »Izklop« (napajanja) za računalnik in zaslon	IEC 60417-5010
	Zemlja (ozemljitev)	IEC 60417-5017
	Elektrostatično občutljiv pripomoček	IEC 60417-5134

Simbol	Opis	Standardno
	»VKLOP« za del opreme	IEC 60417-5264
	»IZKLOP« za del opreme	IEC 60417-5264
	Stikalo za preklop računalnika v stanje pripravljenosti	IEC 60417-5266
	Sklop rentgenskega vira	IEC 60417-5338
	Sevanje rentgenskega vira	IEC 60417-5339
	Filter za sevanje	IEC 60417-5381
	Ne potaplajte v nobeno tekočino	IEC 60417-5995
IPX8	Oprema dodatka je primerna za neprekinjeno potopitev v vodo (potopitev do globine 1 m za 1 uro)	IEC 60529
 IPX4	Odpornost proti škropljenju	IEC 60529
IPX6	Voda, ki v močnih curkih brizga iz katere koli smeri na opremo ali dodatke, nima škodljivih učinkov.	IEC 60529
IP54	Zaščiteno pred omejenim vdorom prahu, brez škodljivih usedlin in zaščiteno pred brizganje vode iz katere koli smeri, dovoljen je omejen vdor	IEC 60529



Simbol	Opis	Standardno
IP22	Zaščita pred trdnimi tujki s Ø 12,5 mm ali več in zaščita pred navpično padajočimi vodnimi kapljicami, če je OHIŠJE nagnjeno do 15°	IEC 60529
	Medicinski pripomoček	ISO 15223-1, referenca 5.7.7
	Proizvajalec	ISO 15223-1, referenca 5.1.1
	Pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti	ISO 15223-1, referenca 5.1.2
	Pomeni pooblaščenega zastopnika v Švici	MedDO; SR 812.213
	Datum izdelave	ISO 15223-1, referenca 5.1.3
	Država izdelave	ISO 15223-1, referenca 5.1.11
	Rok uporabe	ISO 15223-1, referenca 5.1.4
	Koda serije	ISO 15223-1, referenca 5.1.5
	Kataloška številka	ISO 15223-1, referenca 5.1.6
	Serijska številka	ISO 15223-1, referenca 5.1.7
	Sterilizirano z etilenoksidom	ISO 15223-1, referenca 5.2.3
	Sterilizirano z obsevanjem	ISO 15223-1, referenca 5.2.4
	Enojni pregradni sistem	ISO 7000-3707

Simbol	Opis	Standardno
	Enojni pregradni sistem z notranjo zaščitno ovojnino	ISO 7000-3708
	Enojni pregradni sistem z zunanjo zaščitno ovojnino	ISO 7000-3709
	Ne sterilizirajte ponovno	ISO 15223-1, referenca 5.2.6
	Nesterilno	ISO 15223-1, referenca 5.2.7
	Ne uporabite, če je ovojna poškodovana	ISO 15223-1, referenca 5.2.8
	Lomljivo; ravajte previdno	ISO 15223-1, referenca 5.3.1
	Hranite na suhem	ISO 15223-1, referenca 5.3.4
	Spodnja temperaturna meja	ISO 15223-1, referenca 5.3.5
	Zgornja temperaturna meja	ISO 15223-1, referenca 5.3.6
	Temperaturna omejitev	ISO 15223-1, referenca 5.3.7
	Omejitev vlažnosti	ISO 15223-1, referenca 5.3.8
	Omejitev atmosferskega tlaka	ISO 15223-1, referenca 5.3.9

Simbol	Opis	Standardno
	Ne uporabite ponovno	ISO 15223-1, referenca 5.4.2
 www.hologic.com/package-inserts	Glejte navodila za uporabo	ISO 15223-1, referenca 5.4.3 Hologic
	Glejte navodila za uporabo	IEC 60601-1, referenčna preglednica št. D.2, varnostni znak 10 (ISO 7010-M002)
	Pozor	ISO 15223-1, referenca 5.4.4
	Skupna masa opreme in njena varna delovna obremenitev	ISO 60417, referenca 1321A
	Ta stran navzgor	ISO 7000, referenca 0623
	Ne zlagajte v sklad	ISO 7000, referenca 2402
	Omejitev zlaganja v sklad po številu	ISO 7000, referenca 2403
	Opozorilo	ISO 7010, referenca W001
	Oznaka CE Skladnost z evropsko zakonodajo	Uredba o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745
	Oznaka CE z referenčno številko priglasenega organa	Uredba o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745
	Vsebina	Ni na voljo
	Vsebuje lateks iz naravnega kavčuka	Ni na voljo

Simbol	Opis	Standardno
	Ne vsebuje lateksa iz naravnega kavčuka	Ni na voljo
	Povezava prek univerzalnega zaporednega vodila	Ni na voljo
	Ne režite	Ni na voljo
	Pripomoček z oznako CSA	Kanadski svet za standarde (SCC) in ameriški svet za varnost in zdravje pri delu Uprava za varnost in zdravje pri delu (OSHA)
	Medicinska - Splošna medicinska oprema glede nevarnosti električnega udara, požara in mehanskih nevarnosti samo v skladu z ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 št. 60601-1 (2014) in IEC 60601-1:2012	Klasifikacija UL
	Certifikat ETL	Svet za standardizacijo v Kanadi (SCC) in ZDA Uprava za varnost in zdravje pri delu (OSHA)
	Oznaka INMETRO & ULBR	Certifikat UL-BR INMETRO (Brazilija)
	Simbol za recikliranje	Unicode, referenca U+267C
	Električno in elektronsko opremo morate odlagati ločeno od običajnih odpadkov. Odpadni material pošljite podjetju Hologic ali se obrnite na servisnega zastopnika	Direktiva OEE0 2002/96/ES

Simbol	Opis	Standardno
	Bolnikova identifikacija	ISO 15223-1, referenca 5.7.3
	Spletno mesto z informacijami za bolnike	ISO 15223-1, referenca 5.7.4
	Zdravstvena ustanova ali zdravnik	ISO 15223-1, referenca 5.7.5
	Datum	ISO 15223-1, referenca 5.7.6
	Enotni identifikator pripomočka	ISO 15223-1, referenca 5.7.10
	Zavrnite, če je pika črna	Hologic
	Ne potiskajte	ISO 7010, referenca P017
	Ne sedite	ISO 7010, referenca P018
	Ne stopajte na površino	ISO 7010, referenca P019
	Ionizirano sevanje med vklopom rentgenskega žarka	ISO 7010, referenca W003
	Opozorilo glede uporabe ustrezne zaščite	ISO 7010, referenca W009

Simbol	Opis	Standardno
	Bodite previdni pri dviganju bremen	Brez
	Zaščitite pred sončno svetlobo pred sončno svetlobo	ISO 7000, referenca 0624
	Vsebuje ftalate ali prisotnost ftalatov	BS EN 15986 Referenca št. A.4
	Vsebuje nevarne snovi	ISO 7000-3723
	Koda države za prevod	ISO 3166
	Točka stisnjenja	ISO-7010