

ATEC[®] TriMark[®]

Biopsy Site Identification System

Biopsiområdemarkør i titanium



Brugervejledning

HOLOGIC[®]

Denne side er med vilje tom

ATEC® TriMark®

System til markering af biopsiområder

Brugervejledning

Læs omhyggeligt alle oplysninger. Hvis anvisningerne ikke følges korrekt, kan det medføre uventede operative konsekvenser.

Vigtigt: Denne indlægsseddel er beregnet som brugsanvisning til ATEC® TriMark® biopsiområdemarkøren. Det er ikke en reference til kirurgiske teknikker.

Efter afslutningen af ATEC brystbiopsiproceduren vil brugeren have mulighed for at bruge ATEC TriMark biopsiområdemarkørsystemet fra Hologic, Inc. Afhængigt af den type applikation (billeddannelsesmodalitet), der anvendes til at styre brystbiopsien, skal brugeren følge en af de skitserede processer for brug af ATEC TriMark-biopsiområdemarkørsystemet. De tre billeddannelsesmodaliteter, der anvendes til at styre anvendelsen af ATEC TriMark-biopsiområdemarkørsystemet, omfatter ultralyd (U/S), stereotaktisk røntgen (STX) og magnetisk resonansbilleddannelse (MRI). Der er to udførelsesmetoder for ATEC TriMark-biopsiområdemarkørsystemet i forbindelse med U/S og STX; begge er beskrevet separat.

Indikationer

ATEC TriMark biopsiområdemarkørsystemet er indiceret til brug til at markere et åbent eller perkutant biopsiområde for radiografisk at markere biopsiområdets placering.

Kontraindikationer

Ingen kendt.

Beskrivelse af enheden

ATEC TriMark-biopsiområdemarkørsystemet er et sterilt system til engangsbrug, der består af en titaniummarkør og en udtagningsenhed. Udtagningsenheden består af en stiv kanyle, et stempel, en stiv skubbepind og et håndtag. ATEC TriMark-markeringen af biopsiområdet er placeret i den distale ende af udtagningsenheden. ATEC TriMark-biopsiområdemarkørsystemet kan anvendes med billedstyring (f.eks. stereotaktisk røntgen, ultralyd og MRI). Titanmarkøren er klassificeret som betinget af magnetisk resonans (MRI) ved en feltstyrke på 3,0 Tesla eller mindre. Når den er til stede hos en patient, der gennemgår en MRI-procedure ved 3,0 Tesla eller derunder, vil markøren ikke skabe yderligere fare eller risiko med hensyn til magnetfeltrelaterede interaktioner, bevægelse/løsrivning eller varme.

Sikkerhedsoplysninger om MRI-procedurer bør udføres i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

MRI-artefakter

Artefakter for ATEC TriMark-biopsiområdemarkøren er blevet karakteriseret ved hjælp af et 1,5 Tesla MRI-system og T1-vægtede, spin-echo- og gradient-echo-impulssekvenser. Baseret på disse oplysninger kan billedkvaliteten være en smule forringet, hvis interesseområdet ligger i nøjagtigt det samme område som ATEC TriMark-biopsiområdemarkøren.

Artefaktstørrelsen afhænger af den type pulssekvens, der anvendes til billeddannelse (større for gradient-echosekvenser og mindre for spin-echosekvenser og hurtige spin-echosekvenser), frekvenskodningsretningen (større hvis frekvenskodningsretningen er vinkelret på apparatet, og mindre hvis den er parallel med apparatet) og størrelsen af synsfeltet. Positionsfejl og artefakter på billederne vil være mindre for MRI-systemer med lavere statiske magnetfeltstyrker ved anvendelse af de samme billeddannelsesparametre som dem, der opererer ved højere statiske magnetfeltstyrker.

Kompatibilitet


U/S			
Tilgang	Håndstykkemåler	Adgang til biopsiområdet	ATEC TriMark-enhed
Ikke-indførende metode	9G	NA	TriMark TD 13-09
		NA	TriMark TD-2S-13-09
	12G	NA	TriMark TD 13-12
		NA	TriMark TD-2S-13-12
ATEC-metode til indføring af ydre kanyler	9G	ATEC 0909-20 Ydre kanyler	TriMark TD 13-09 TriMark TD-2S-13-09
		ATEC 0909-12 Ydre kanyler	
		ATEC 0912-20 Ydre kanyler	
		ATEC 0912-12 Ydre kanyler	
	12G	ATEC 1209-20 Ydre kanyler	TriMark TD 13-12
		ATEC 1212-20 Ydre kanyler	TriMark TD-2S-13-12
STX			
Tilgang	Håndstykkemåler	Adgang til biopsiområdet	ATEC TriMark-enhed
ATEC-metode til indføring af ydre kanyler	9G	ATEC 0909-20 Ydre kanyler	TriMark TD 13-09 TriMark TD-2S-13-09
		ATEC 0909-12 Ydre kanyler	
		ATEC 0912-20 Ydre kanyler	
		ATEC 0912-12 Ydre kanyler	
	12G	ATEC 1209-20 Ydre kanyler	TriMark TD 13-12
		ATEC 1212-20 Ydre kanyler	TriMark TD-2S-13-12
ATEC-håndstykke-indføringsmetode	9G	ATEC 0909-20 håndstykke	TriMark TD 36-09 TriMark TD-2S-36-09
		ATEC 0909-12 håndstykke	
		ATEC 0912-20 håndstykke	
		ATEC 0912-12 håndstykke	
		ATEC 0914-20 håndstykke	
	12G	ATEC 1209-20 håndstykke	TriMark TD 36-12
		ATEC 1212-20 håndstykke	TriMark TS-2S-36-12
		MRI	
Tilgang	Håndstykkemåler	Adgang til biopsiområdet	ATEC TriMark-enhed
ATEC indføringshylstermetode	9G	ILS 0914-20	TriMark TD 13-MR TriMark TD-2S-13-MR
		ILS 0914-20-OB	
		ILS 0914-12	
		ILS 0914-12-OB	

Anvendelse af ultralyd

Metode uden indføring (kun 13-12 og 13-09)

1. Før brug af ATEC TriMark-biopsiområdemarkørssystemet skal du inspicere den beskyttende emballage og apparatet for at kontrollere, at ingen af delene er blevet beskadiget under forsendelsen. Hvis det viser sig, at emballagen er blevet kompromitteret, må nålen ikke anvendes.
 2. Fjern forsigtigt ATEC TriMark-biopsiområdemarkørssystemet fra den beskyttende emballage ved hjælp af steril teknik.
- Bemærk: Fjern spidsbeskytteren før brug af enheden.
3. Drej eller aktiver konsollen til "Set Up" ("opsætnings")- eller "Lavage" ("rengørings")-tilstand.
 4. Skyl biopsihullet grundigt, inden udtagningsenheden indsættes.
 5. Afbryd saltvandsledningen i den proksimale ende af Y-ventilen.
 6. Drej eller aktiver konsollen til "Biopsy" ("biopsi")-tilstand.
 7. Fjern håndstykket fra brystet, og bortskaf det korrekt.
 8. Placér den distale ende af udtagningsenheden i den nålekanal, der blev skabt af den ydre kanyle.
 9. Før forsigtigt udtagningsenheden frem til den ønskede placering af markøren.
 10. Find den hvide retningspil på åbningsindikatoren. Dette viser orienteringen af markeringsåbningen og den retning, som markeringen vil blive udfoldet.
 11. Drej åbningsindikatoren, så den hvide pil peger mod det radiale centrum af biopsihullet. (Figur A)
 12. Sæt markøren ud mod midten af biopsihullet ved at skubbe udtagningsstemplet frem med tommelfingeren, indtil det låser fast på åbningsindikatoren.
 13. Efter det hørbare og taktile klik slipper du tommelfingeren fra det hvide stempel.
 14. Drej åbningsindikatoren 180 grader.
 15. Kontroller, at markøren er taget ud og placeret korrekt, før anordningen fjernes.
 16. Fjern langsomt udtagningsenheden fra brystet, og bortskaf den korrekt.

Figur A: Radialt centrum af biopsihullet



Anvendelse af ultralyd

ATEC-metode til indføring af ydre kanyle (kun 13-12 og 13-09)

1. Før brug af ATEC TriMark-biopsiområdmærkesystemet skal du inspicere den beskyttende emballage og apparatet for at kontrollere, at ingen af delene er blevet beskadiget under forsendelsen. Hvis det viser sig, at emballagen er blevet kompromitteret, må nålen ikke anvendes.

2. Fjern forsigtigt ATEC TriMark-biopsiområdemærkesystemet fra den beskyttende emballage ved hjælp af steril teknik.

Bemærk: Fjern spidsbeskytteren før brug af enheden.

3. Drej eller aktiver konsollen til "Set Up" ("opsætnings")- eller "Lavage" ("rengørings")-tilstand.

4. Skyl biopsihullet grundigt, inden udtagningsenheden indsættes.

5. Afbryd saltvandsledningen i den proksimale ende af Y-ventilen, og fjern ledningen op til navet.

6. Mens du holder navet fast i den ene hånd, skal du dreje håndstykket 1/8 omgang mod uret og trække det tilbage for at adskille det fra den ydre kanyle.

7. Træk navet 7 mm tilbage for enheder med 20 mm åbning eller 3 mm for enheder med 12 mm åbning. Herved placeres systemet således, at markøren placeres i det aksiale centrum af biopsihullet. (Figur C)

8. Drej navet, så den hvide prik, der angiver nåleåbningens position, peger mod det radiale centrum af biopsihullet. (Figur A)

9. Placer den distale ende af udtagningsenheden i den ydre kanyle igennem navet.

10. Fremfør forsigtigt udtagningsenheden, indtil den når et definitivt stop ved den yderste kanyles distale spids. Sørg for, at denne position fastholdes under hele udtagningen af markøren ved at holde den på plads med din anden hånd.

11. Find den hvide retningspil på åbningsindikatoren, og sæt den på linje med den hvide prik på navet. Dette viser orienteringen af markeringsåbningen og den retning, som markeringen vil blive udfoldet.

12. Sæt markøren ud mod midten af biopsihullet ved at skubbe udtagningsstemplet frem med tommelfingeren, indtil det låser fast på åbningsindikatoren.

13. Efter det hørbare og taktile klik slipper du tommelfingeren fra det hvide stempel.


14. Drej åbningsindikatoren 180 grader.

15. Drej navet 180 grader.


16. Kontroller, at markøren er udfoldet og korrekt placeret, før anordningen fjernes.

17. Fjern langsomt udtagningsenheden og den ydre kanyle/nav som en enhed fra brystet og bortskaf den korrekt.

Figur B: ATEC TriMark Beskrivelse



Figur C: Aksialt centrum af biopsihullet



Stereotaktisk anvendelse

ATEC-metode til indføring af ydre kanyler (kun 13-12 og 13-09)


1. Før brug af ATEC TriMark-biopsiområdemarkørsystemet skal du inspicere den beskyttende emballage og apparatet for at kontrollere, at ingen af delene er blevet beskadiget under forsendelsen. Hvis det viser sig, at emballagen er blevet kompromitteret, må nålen ikke anvendes.
2. Fjern forsigtigt ATEC TriMark-biopsiområdemarkørsystemet fra den beskyttende emballage ved hjælp af steril teknik.

Bemærk: Fjern spidsbeskytteren før brug af enheden.

3. Drej eller aktiver konsollen til "Set Up" eller "Lavage"-tilstand.
4. Skyl biopsihullet grundigt, inden udtagningsenheden indsættes.
5. Træk adapteren 7 mm tilbage for enheder med 20 mm åbning eller 3 mm for enheder med 12 mm åbning. Herved placeres systemet således, at markøren placeres i det aksiale centrum af biopsihullet. (Figur C)

6. Drej håndstykket, så den flade overflade peger mod klokken 12.
7. Afbryd saltvandsledningen i den proksimale ende af Y-ventilen, og fjern ledningen op til navet.
8. Drej håndstykket, så den flade overflade peger mod det radiale centrum af biopsihullet. Den flade overflade viser, hvor nåleåbningen peger hen. (Figur A)
9. Sæt den ene indekstringlås i for at holde navet på plads. (Figur D)
10. Drej håndstykket 1/8 omgang mod uret.
11. Lås fastholdelsesklemmen op og træk håndstykket tilbage for at adskille det fra navet. (Figur D)
12. Placer den distale ende af udtagningsenheden i den ydre kanyle igennem navet.
13. Fremfør forsigtigt udtagningsenheden, indtil den når et definitivt stop ved den yderste kanyles distale spids. Sørg for, at denne position fastholdes under hele udfoldelsen af markøren ved at holde den på plads med din anden hånd.
14. Find den hvide retningspil på åbningsindikatoren, og sæt den på linje med den hvide prik på navet. Dette viser orienteringen af markeringsåbningen og den retning, som markeringen vil blive udfoldet.
15. Sæt markøren ud mod midten af biopsihullet ved at skubbe udtagningsstemplet frem med tommelfingeren, indtil det låser fast på åbningsindikatoren.
16. Efter det hørbare og taktile klik slipper du tommelfingeren fra det hvide stempel.
17. Løsn indekstringlåsen.
18. Drej åbningsindikatoren 180 grader.
19. Drej navet 180 grader.
20. Sæt den ene indekstringlås i for at holde navet på plads.
21. Den indledende tilbagetrækning af udtagningsenheden og den ydre kanyle/nav skal kontrolleres ved langsomt at flytte adapteren 20 mm tilbage.
22. Kontroller, at markøren er udfoldet og korrekt placeret, før anordningen fjernes.
23. Løsn indekstringlåsen.
24. Fjern langsomt udtagningsenheden og den ydre kanyle/nav som en enhed fra brystet og bortskaf den korrekt.
25. Tryk langsomt brystet ned.

Figur D: Beskrivelser af ATEC-håndstykke og stereotaktisk adapter



Stereotaktisk anvendelse

ATEC-håndstykke-indføringsmetode (kun 36-12 og 36-09)

1. Før brug af ATEC TriMark-biopsiområdemarkørsystemet skal du inspicere den beskyttende emballage og apparatet for at kontrollere, at ingen af delene er blevet beskadiget under forsendelsen. Hvis det viser sig, at emballagen er blevet kompromitteret, må nålen ikke anvendes.

2. Fjern forsigtigt ATEC TriMark-biopsiområdemarkørsystemet fra den beskyttende emballage ved hjælp af steril teknik.

Bemærk: Fjern spidsbeskytteren før brug af enheden.

3. Drej eller aktiver konsollen til "Set Up" ("opsætnings")- eller "Lavage" ("rengørings")-tilstand.

4. Skyl biopsihullet grundigt, inden udtagningsenheden indsættes.

5. Træk navet 7 mm tilbage for enheder med 20 mm åbning eller 3 mm for enheder med 12 mm åbning. Herved placeres systemet således, at markøren placeres i det aksiale centrum af biopsihullet. (Figur C)

6. Afbryd saltvandsledningen i den proksimale ende af Y-ventilen.

7. Fjern filterkammeret fra den proksimale ende af håndstykket.

8. Fjern vævsfilteret fra filterkammeret og erstat det med filter- kammerproppen.

9. Tag udtagningsguiden ud af den beskyttende emballage.

10. Fastgør udtagningsguiden til håndstykkets filterbeslag.

11. Drej håndstykket, så den flade overflade peger mod det radiale centrum af biopsihullet. Den flade overflade viser, hvor nåleåbningen peger hen. (Figur A)

12. Sæt den ene indeksringlås i for at holde håndstykket på plads. (Figur D)
 13. Før forsigtigt udtagningsenheden igennem udtagningsguiden, indtil den når et definitivt stop ved den yderste kanyles distale spids. Sørg for, at denne position fastholdes under hele udtagningen af markøren ved at holde den på plads med din anden hånd.
 14. Find den hvide retningspil på åbningsindikatoren, og sæt den på linje med den flade overflade på håndstykket. Dette viser orienteringen af markeringsåbningen og den retning, som markeringen vil blive udfoldet i.
 15. Sæt markøren ud mod midten af biopsihullet ved at skubbe udtagningsstempleet frem med tommelfingeren, indtil det låser fast på åbningsindikatoren.
- Bemærk: Efter indsættelse af markeringsanordningen skal konsollen IKKE sættes tilbage i "Biopsy" ("biopsi")-tilstand.
16. Efter det hørbare og taktile klik slipper du tommelfingeren fra det hvide stempel.
 17. Løsn indeksringlåsen. (Figur D)
 18. Drej åbningsindikatoren 180 grader.
 19. Drej håndstykket 180 grader.
 20. Den indledende tilbagetrækning af udtagningsenheden og håndstykket skal kontrolleres ved langsomt at flytte adapteren 20 mm tilbage.
 21. Kontroller, at markøren er udfoldet og korrekt placeret, før anordningen fjernes.
 22. Lås fastholdelsesklemmen op. (Figur D)
 23. Fjern langsomt udtagningsenheden og håndstykket som en enhed fra brystet og bortskaf det korrekt.
 24. Tryk langsomt brystet ned.

MRI-applikation

ATEC indføringshylstermetode (kun 13-MR)

1. Før brug af ATEC TriMark-biopsiområdemarkørsystemet skal du inspicere den beskyttende emballage og apparatet for at kontrollere, at ingen af delene er blevet beskadiget under forsendelsen. Hvis det viser sig, at emballagen er blevet kompromitteret, må nålen ikke anvendes.
2. Fjern forsigtigt ATEC TriMark-biopsiområdemarkørsystemet fra den beskyttende emballage ved hjælp af steril teknik.

Bemærk: Fjern spidsbeskytteren før brug af enheden.

3. Drej eller aktiver konsollen til "Set Up" ("opsætnings")- eller "Lavage" ("rengørings")-tilstand.
4. Skyl biopsihullet grundigt, inden udtagningsenheden indsættes.
5. Afbryd saltvandsledningen i den proksimale ende af Y-ventilen.
6. Drej eller aktiver konsollen til "Biopsy"-tilstand.
7. Fjern håndstykket fra indføringsshylstret og bortskaf det korrekt.
8. Placer den distale ende af udtagningsenheden igennem indføringsshylstret
9. Fremfør forsigtigt udtagningsenheden, indtil åbningsindikatoren kommer i kontakt med indføringsshylstrets nav. Sørg for, at denne position fastholdes under hele udtagningen af markøren ved at holde den på plads med din anden hånd.
10. Find den hvide retningspil på åbningsindikatoren. Dette viser orienteringen af markeringsåbningen og den retning, som markeringen vil blive udtaget i.
11. Drej åbningsindikatoren, så den hvide pil peger mod det radiale centrum af biopsihullet. (Figur A)
12. Sæt markøren ud mod midten af biopsihullet ved at skubbe udtagningsstemplet frem med tommelfingeren, indtil det låser fast på åbningsindikatoren.
13. Efter det hørbare og taktile klik slipper du tommelfingeren fra det hvide stempel.
14. Drej åbningsindikatoren 180 grader.
15. Fjern langsomt udtagningsenheden fra brystet, og bortskaf den korrekt.
16. Kontroller, at markøren er indsat og placeret korrekt, før indføringsshylstret fjernes.

Advarsler og forholdsregler

- Der er mulige bivirkninger, når en genstand implanteres i kroppen. Det er lægens ansvar at vurdere enhver risiko eller fordel forud for brugen af dette apparat.
- Potentielle komplikationer ved placering af markeringsclips er smerter, seromdannelse, inflammation, blå mærker, hæmatomer, blødning, infektioner, overfølsomhed eller allergisk reaktion, skade på blødt væv, fejldiagnosticering (på grund af migration af markeringsclips), perforation eller arvæv.
- ATEC TriMark-udtagningsenheden anbefales ikke til brug inden for en MRI-magnets boring.
- ATEC TriMark biopsiområdemarkørsystemet anbefales ikke til brug hos patienter med brystimplantater.

- ATEC TriMark-proceduren bør kun udføres af læger, der har tilstrækkelig uddannelse og kendskab til denne procedure. Undersøg teknikker, komplikationer og farer i medicinsk litteratur, før du udfører en minimalt invasiv procedure af nogen art.
- Dette apparat bør kun anvendes af læger, der er uddannet i åbne eller perkutane biopsiprocedurer.
- **ONLY** Forsigtig: I henhold til føderal lovgivning i USA må dette udstyr kun sælges af eller efter ordination fra en læge.
- ATEC TriMark-biopsiområdemarkøren skal anbringes i det hulrum, der er skabt under biopsiproceduren. Det anbefales ikke at anvende den i væv uden for biopsihullet.
- Hvis det er vanskeligt at indsætte eller fjerne udtagningsenheden fra biopsianordningen, må du ikke anvende overdreven kraft. Overdreven kraft kan forårsage beskadigelse af eller brud på udtagningsenheden, hvilket kan resultere i, at en del af udtagningsenheden bliver efterladt i patienten. Hvis det ikke er let at fjerne udtagningsenheden fra biopsianordningen, skal udtagningsenheden og biopsianordningen fjernes som en enhed.
- Markørens position i forhold til etablerede landemærker kan ændre sig under mammografi ved efterfølgende brystkompressioner.
- ATEC TriMark-biopsiområdemarkøren er ikke beregnet til at blive genplaceret eller genindfanget efter udtagning.
- Overskydende hæmatom i biopsihullet kan føre til, at markørerne klæber til udtagningsenheden, hvilket øger risikoen for, at markøren trækkes ud.
- Der skal udvises forsigtighed for at undgå at beskadige kanylen. Undgå at operatøren eller instrumentet kommer i kontakt med ATEC TriMark-biopsiområdemarkøren eller den distale ende af udtagningsenheden.
- Den implanterede ATEC TriMark-biopsiområdemarkør er betinget af magnetisk resonansbilleddannelse (MRI). Den implanterede ATEC TriMark-biopsiområdemarkør udgør ingen yderligere risiko for patienten eller operatøren i forbindelse med magnetiske kræfter, moment, varme, inducerede spændinger eller bevægelse, men den kan påvirke MR-billedkvaliteten.
- Minimalt invasive instrumenter og tilbehør, som er fremstillet eller distribueret af virksomheder, der ikke er godkendt af Hologic, Inc., er muligvis ikke compatible med ATEC TriMark-biopsiområdemarkørsystemet. Brug af sådanne produkter kan føre til uventede resultater og mulig skade på brugeren eller patienten.
- Instrumenter eller anordninger, der kommer i kontakt med kropsvæsker, kan kræve specialhåndtering ved bortskaffelse for at forhindre biologisk kontaminering.
- Efter indsættelse af markørudtagningsenheden må konsollen IKKE sættes i "Biopsy" ("biopsi")-tilstand.

- Bortskaf alle åbnede instrumenter, uanset om de har været anvendt eller ej.
- Du må ikke resterilisere og/eller genbruge ATEC TriMark-biopsiområdemarkørssystemet. Resterilisering og/eller genbrug kan ødelægge instrumentets tilstand. Dette kan medføre en potentiel risiko for, at enheden ikke fungerer efter hensigten, og/eller krydskontaminering i forbindelse med brug af utilstrækkeligt rengjorte og steriliserede anordninger.
- Hvis der ikke anvendes en udtagningsguide til 36-09 eller 36-12 enheder, kan der opstå skader på udtagningsenheden, hvilket kan medføre fejlfunktion hos enheden.

Levering

ATEC TriMark biopsiområdemarkørssystemet er steriliseret og leveres forudindlæst til brug på en enkelt patient. Kassér i en passende beholder efter brug.

Som angivet på etiketterne:

QTY	Antal vedlagte enheder.
ÅÅÅÅ-MM-DD	Udløbsdatoen angives på følgende måde:
ÅÅÅÅ	repræsenterer året
MM	repræsenterer måneden
DD	repræsenterer dagen

For yderligere information

For teknisk support eller genbestillingsinformation i USA, kontakt:



Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752 USA
Telefon: 877-371-4372
BreastHealth.Support@hologic.com

Internationale kunder bør kontakte distributøren eller den lokale Hologic-salgsrepræsentant:



Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgien
Telefon: +32 2 711 46 80

Symboler, der anvendes på etiketter

Autoriseret repræsentant i EU	
Partikode	
Varenummer	
CE-mærkning af overensstemmelse med det bemyndigede organs identifikationsnummer	
Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget	
Udløbsdato	
Fabrikant	
I henhold til amerikansk (USA) lovgivning må dette udstyr kun sælges af en læge eller efter dennes ordination	
Må ikke genbruges	
Må ikke resteriliseres	
Steriliseret med bestråling	
Se brugervejledningen	

Kvantitet	QTY
MR betinget	

© 2021 Hologic, Inc. Hologic, ATEC og TriMark er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Hologic, Inc. i USA og/eller andre lande.

MAN-03483-1902 Revision 008
07/2021

Denne side er med vilje tom

HOLOGIC®



Hologic, Inc.
250 Campus Drive, Marlborough, MA 01752 USA
1-877-371-4372



Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2 711 46 80

CE
2797