

SCHNELLSTARTANLEITUNG

1. EINSCHALTEN

- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf der Rückseite des Faxitron Core-Schranks auf die Position **ON** (Ein) gestellt ist.
- Drehen Sie den **Schlüssel** an der Vorderseite des Faxitron Core-Schranks auf „**on**“ (ein)
- Schalten Sie Computer und Monitor **ein**

2. SOFTWARE STARTEN

- Vergewissern Sie sich, dass die Faxitron Core-Probenschublade leer ist
- Doppelklicken Sie auf das Symbol **Vision** in der Mitte des Desktops

3. KALIBRIEREN

- Nach dem Einloggen werden Sie aufgefordert, die Kalibrierung durchzuführen
Drücken Sie die Taste „**Calibrate**“ (Kalibrieren), um fortzufahren

4. PATIENTENDATEN

- Klicken Sie auf „**Start Procedure**“ (Eingriff starten)
- Klicken Sie auf „**Select from Worklist**“ (Aus Arbeitsliste auswählen)
- Suchen Sie nach dem Namen des Patienten und klicken Sie doppelt darauf
- Füllen Sie alle fehlenden Pflichtfelder wie z. B. Lateralität aus
- Klicken Sie auf „**Accept**“ (Bestätigen)

5. RÖNTGENAUFNAHME

- Legen Sie die Probe(n) in das Faxitron Core-Probentablett
- Legen Sie das Probentablett in die Schublade
- Schließen Sie die Faxitron Core-Schublade
- Drücken Sie die grüne Taste „**X-ray**“ (Röntgenaufnahme) zum Aktivieren der Röntgenstrahlen – das Bild erscheint nach wenigen Sekunden

6. BILDMANIPULATION

- Halten Sie die **linke Maustaste** gedrückt und ziehen Sie die Maus, um Helligkeit und Kontrast für die Fensterungsfunktion zu ändern
- **Passen Sie den Zoom an**, um das Bild zur Ansicht zu vergrößern

7. SPEICHERUNG IN PACS

- Drücken Sie die Taste „**PACS Store**“ (PACS-Speicher) auf der linken Seite des Bildschirms

8. DRUCKEN

- Drücken Sie die Taste „**PACS Print**“ (PACS-Druck) auf der linken Seite des Bildschirms

9. HERUNTERFAHREN

- Drücken Sie die Taste „**System Shutdown**“ (System herunterfahren) auf der linken Seite aus und klicken Sie dann auf „**OK**“ (OK)
- Drehen Sie den **Schlüssel** am Faxitron Core-Schrank

 www.hologic.com/package-inserts



Hologic, Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 USA
1.800.447.1856
www.hologic.com



Hologic, BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgien
Tel.: +32 2 711 46 80
Fax: +32 2 725 20 87

SPONSOR AUSTRALIEN
Hologic Pty Ltd
Suite 302, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Tel.: 02 9888 8000

