

Aptima Auto Detect-sett (Panther™-systemet)

Til *in vitro*-diagnostisk bruk.

Rx only

Beregnet bruk

Aptima Auto Detect-sett skal brukes på Panther-systemet.

Materiale som leveres

Aptima Auto Detect-sett (kat.nr. 303013)

(Lagres ved 15 °C til 30 °C ved mottak)

Symbol	Komponent	Kvantitet
R1	Aptima Auto Detect 1 <i>Vandig oppløsning som inneholder 0,1 % hydrogenperoksid og 0,001 N salpetersyre.</i>	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2 <i>1,6 N natriumhydroksid.</i>	1 x 245 mL

Advarsler og forholdsregler

- A. Påse at Auto Detect 2 ikke kommer i kontakt med hud, øyne og slimhinner. Hvis denne væsken kommer i kontakt med hud eller øyner, skal det vaskes med vann. Fortynn eventuelt væskesøl med vann før du tørker det opp.
- B. Overhold rutinemessige forholdsregler for laboratoriet.

Krav til lagring og håndtering

- A. Lagre Aptima Auto Detect-sett ved 15 °C til 30 °C.
- B. Væsker må nå en temperatur på 15 °C til 30 °C før bruk. Fra væsker er åpnet er de stabile i 60 dager.
- C. Hvis det har dannet seg utfellingene, varm opp væsker til 37 °C til 60 °C for å fremskynde oppløsning av utfellingene. Kjøøl ned væsker til romtemperatur og bland grundig før bruk.
- D. Skal ikke brukes etter utløpsdato.
- E. Noen av reagensene i dette settet er merket med risiko- og sikkerhetssymboler.

Merk: For farekommunikasjonsinformasjon, se sikkerhetsdatabladbiblioteket på www.hologicsds.com.

Fareinformasjon for USA



Auto Detect 2

SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%

DANGER

H314 - Causes severe skin burns and eye damage

P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P264 - Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower

P363 - Wash contaminated clothing before reuse

P304 + P340 - IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing

P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

Fareinformasjon for EU



Auto Detect 2

NATRIUMHYDROKSID 5 – 10 %

FARE

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

P280 - Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P260 - Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/spray

P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller hår): Tilsølte klær må fjernes straks.

P353 - Skyll huden med vann/dusj

P280 - Benytt vernebriller/ansiktsskjerm

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

Fremgangsmåte

Skift flaskene i den universelle væskebeholderen når systemet gir beskjed om det. Se *Panther System Operator's Manual* (brukerveiledningen for Panther-systemet).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic N.V.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Kundestøtte: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Teknisk support: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Du finner flere kontaktopplysninger på www.hologic.com.

Hologic, Aptima, og Panther er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Alle andre varemerker som kan finnes i dette pakningsvedlegget, eies av sine respektive eiere.

Dette produktet kan være dekket av ett eller flere patenter i USA, som identifiseres på www.hologic.com/patents.

©2001–2018 Hologic, Inc. Med enerett.

502180NO Rev.003
2018-05