

Souprava kapalin pro test Aptima (systém Panther™)

Pro diagnostické použití *in vitro*.

Rx only

Účel použití

Souprava kapalin pro test Aptima se používá v systému Panther.

Dodávané materiály

Souprava kapalin pro test Aptima (kat. č. 303014)

(Po přijetí skladujte při teplotě od 15 °C do 30 °C)

Symbol	Složka	Množství
W	Promývací roztok Aptima <i>10 mM HEPES pufovaný roztok obsahující méně než 2 % konzervantu.</i>	1 x 2,9 L
O	Olejové činidlo Aptima <i>Silikonový olej.</i>	1 x 260 mL
DF	Aptima pufr pro deaktivaci kapaliny <i>800 mM bikarbonátový pufovaný roztok.</i>	1 x 1,4 L

Varování a bezpečnostní opatření

- Používejte rutinní laboratorní bezpečnostní opatření.
- Zabraňte mikrobiální a ribonukleázové kontaminaci kapalin testu Aptima.

Požadavky na uchovávání a manipulaci

- Neotevřené kapaliny pro testy Aptima uchovávejte při teplotě 15 °C až 30 °C.
- Po otevření jsou kapaliny pro testy Aptima stabilní po dobu 60 dní.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Některé reagenty této soupravy mohou být označeny rizikovými a bezpečnostními symboly.

Poznámka: Informace o nebezpečích naleznete v knihovně bezpečnostních listů (Safety Data Sheet Library) na adrese www.hologicsds.com.

Informace o nebezpečí pro USA



Buffer For Deactivation Fluid

SODIUM HYDROXIDE 1 – 5%

WARNING




H315 – Causes skin irritation

H319 – Causes serious eye irritation

P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

	<p>P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
	<p>Aptima Oil POLYDIMETHYLSILOXANE 95 – 100% WARNING H315 – Causes skin irritation H319 – Causes serious eye irritation P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
Informace o nebezpečí pro EU	
	<p>Buffer For Deactivation Fluid HYDROXID SODNÝ 1 – 5 % <i>Sodium Hypochlorite < 1 %</i> VAROVÁNÍ H315 - Dráždí kůži H319 - Způsobuje vážné podráždění očí</p>
	<p>Aptima Oil POLYDIMETHYLSILOXANE 100 % VAROVÁNÍ H315 - Dráždí kůži H319 - Způsobuje vážné podráždění očí</p>

Postup

Po výzvě systému vyměňte lahve v zásuvce univerzálních kapalin. Viz *Panther System Operator's Manual* (Návod k obsluze systému Panther).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic N.V.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Podpora zákazníků: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Technická podpora: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Další kontaktní informace naleznete na www.hologic.com.

Hologic, Aptima, a Panther jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Hologic, Inc. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických nebo v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky, které se mohou objevit v tomto příbalovém letáku, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Na tento výrobek se může vztahovat jeden nebo více patentů Spojených Států, které jsou uvedeny na webové stránce www.hologic.com/patents.

©2001–2018 Hologic, Inc. Všechna práva vyhrazena.

502181CS Rev. 003
2018-01