

Kit de liquides pour tests Aptima (système Panther™)

Pour diagnostic *in vitro*.

Rx only

Usage prévu

Le kit de liquides pour tests Aptima est destiné à être utilisé sur le système Panther.

Matériel fourni

Kit de liquides pour tests Aptima (référence 303014)

(À conserver entre 15 °C et 30 °C, dès réception)

Symbole	Composant	Quantité
W	Solution de lavage Aptima <i>Solution tamponnée de HEPES 10 mM contenant moins de 2 % de conservateur.</i>	1 x 2,9 L
O	Réactif huileux Aptima <i>Huile de silicone.</i>	1 x 260 mL
DF	Tampon Aptima pour solution de désactivation <i>Solution tamponnée de bicarbonate 800 mM.</i>	1 x 1,4 L

Avertissements et précautions

- A. Utilisez les précautions de laboratoire habituelles.
- B. Évitez toute contamination microbienne ou de ribonucléase des liquides pour tests Aptima.

Conditions de conservation et de manipulation

- A. Conservez les liquides pour tests Aptima non encore ouverts entre 15 °C et 30 °C.
- B. Après ouverture, les liquides pour tests Aptima sont stables pendant 60 jours.
- C. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.
- D. Certains réactifs de ce kit sont étiquetés avec des symboles de risque et de sécurité.

Remarque : pour obtenir des informations sur la communication des dangers, veuillez consulter la bibliothèque de fiches de données de sécurité à l'adresse www.hologicsds.com.

Informations sur les dangers pour les États-Unis



Buffer For Deactivation Fluid

SODIUM HYDROXIDE 1 – 5%

WARNING




H315 – Causes skin irritation

H319 – Causes serious eye irritation

P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

	<p>P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
	<p>Aptima Oil POLYDIMETHYLSILOXANE 95 – 100% WARNING H315 – Causes skin irritation H319 – Causes serious eye irritation P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
Informations sur les dangers pour l'UE	
	<p>Buffer For Deactivation Fluid HYDROXYDE DE SODIUM 1 à 5 % <i>Hypochlorite de sodium < 1 %</i> ATTENTION H315 - Provoque une irritation cutanée H319 - Provoque une sévère irritation des yeux</p>
	<p>Aptima Oil POLYDIMETHYLSILOXANE 100 % ATTENTION H315 - Provoque une irritation cutanée H319 - Provoque une sévère irritation des yeux</p>

Procédure

Remplacez les bouteilles du tiroir de liquide universel lorsque le système vous signale que cela est nécessaire. Consultez le *Panther System Operator's Manual* (Manuel de l'opérateur du système Panther).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Hologic N.V.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Service clients: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Service technique: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Pour obtenir des coordonnées supplémentaires, visitez le site www.hologic.com.

Hologic, Aptima, et Panther sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales qui peuvent apparaître dans ce notice sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit peut faire l'objet d'un ou plusieurs brevets américains décrits à l'adresse www.hologic.com/patents.

©2001–2018 Hologic, Inc. Tous droits réservés.

502181FR Rév. 003
2018-01