

Aptima® Fullblods fortynningsrør

Til *in vitro* diagnostisk bruk

Bruksområder

Aptima Whole Blood Diluent (WBD) (Aptima Fullblodsfortynningsrør)-rør er beregnet brukt ved prosessering av fullblodsprøver.

Prosedyrens prinsipper

Aptima WBD brukes til å prosessere fullblodsprøver i forhåndsfylte WBD-rør. Se anvisninger om prøvepreparering finnes i det relevante assayets pakningsvedlegg.

Materialer som leveres

Aptima WBD-rør (kat. nr. PRD-06783)

Komponent	Beskrivelse	Mengde
WBD-rør	1 rør inneholder 1,425 ml WBD	100 hver

Nødvendige materialer som er tilgjengelige separat

Kalibrert pipette og spisser med hydrofobplugger for å overføre prøve fra den primære samlebeholderen til WBD-røret.

Advarsler og forholdsregler

- Til *in vitro*-diagnostisk bruk.
- Til profesjonell bruk.
- Se det relevante assypakningsvedlegget for å finne flere advarsler og forholdsregler. Se sikkerhetsarket på www.hologic.com/sds for å finne informasjon med eventuelle fare- eller forsiktighetserklæringer i forbindelse med WBD-røret.
- Bruk bare medfølgende eller spesifiserte engangs laboratorievarer.
- Bruk rutinemessige laboratorieforholdsregler. Ikke spis, drikk eller røyk i anviste arbeidsområder. Bruk engangshansker uten pulver, øyevern og laboratoriefrakker når du håndterer prøver og reagenser. Vask hendene grundig når du har håndtert prøver og reagenser.
- Vær forsiktig for å unngå krysskontaminering under håndteringen av prøven. Prøver kan inneholde høye nivåer av målet. Sørg for at prøvebeholderne ikke kommer i kontakt med hverandre, og kast brukte materialer uten å føre dem over åpne beholdere. Hvis hansker kommer i kontakt med prøven, skift hansker for å unngå krysskontaminering.
- Ikke bruk denne fortyneren etter utløpsdatoen.

Oppbevaring og håndteringskrav

Ved mottak, oppbevar WBD-rørene før bruk ved romtemperatur (15 °C til 30 °C).

Prøveytelse

Assayytelsesegenskapene til prøvene finnes i de aktuelle pakningsvedleggene til assayet. Pakningsvedleggene til assayene er tilgjengelige på Internett på www.hologic.com.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

For landsspesifikk teknisk støtte og kundeservice e-postadresse og telefonnummer, besøk www.hologic.com/support.

Hologic, Aptima og tilhørende logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Hologic, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker som kan forekomme i dette pakkevedlegget tilhører sine respektive eiere.

Dette produktet kan være dekket av en eller flere USA-patenter, angitt på www.hologic.com/patents.

©2020–2021 Hologic, Inc. Med enerett.
AW-21090-1801, rev. 001
2021-03