

Aptima analysevæskesett (Panther™-systemet)

Til *in vitro*-diagnostisk bruk.

Rx only

Beregnet bruk

Aptima analysevæskesett skal brukes på Panther-systemet.

Materiale som leveres

Merknad: For informasjon om eventuelle fare- og sikkerhetssetninger som kan være forbundet med reagenser, se Safety Data Sheet Library (HMS-biblioteket) på www.hologic.com/sds.

Aptima analysevæskesett (Kat.nr. 303014)

(Lagres ved 15 °C til 30 °C ved mottak)

Symbol	Komponent	Kvantitet
W	Aptima vaskeløsning <i>10 mM HEPES-bufret oppløsning som inneholder mindre enn 2 % konserveringsmiddel.</i>	1 x 2,9 L
O	Aptima oljereagens <i>Silikonolje.</i>	1 x 260 mL
DF	Aptima buffer for deaktiveringsvæske <i>800 mM bikarbonatbufret oppløsning.</i>	1 x 1,4 L

Advarsler og forholdsregler

- A. Overhold rutinemessige forholdsregler for laboratoriet.
- B. Til bruk av fagfolk.
- C. Unngå kontaminering med mikrober og ribonuklease fra Aptima -analysevæsker.

Krav til lagring og håndtering

- A. Lagre uåpnet Aptima analysevæsker ved 15 °C til 30 °C.
- B. Fra Aptima analysevæsker er åpnet er de stabile i 60 dager.
- C. Skal ikke brukes etter utløpsdato.
- D. Noen av reagensene i dette settet er merket med risiko- og sikkerhetssymboler.

Merk: For farekommunikasjonsinformasjon, se sikkerhetsdatabladbiblioteket på www.hologicsds.com.

Fareinformasjon for USA






Buffer For Deactivation Fluid

SODIUM HYDROXIDE 1 – 5%

WARNING

H315 – Causes skin irritation

H319 – Causes serious eye irritation

	<p>P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling</p> <p>P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection</p> <p>P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing</p> <p>P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention</p> <p>P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water</p> <p>P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention</p> <p>P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
	<p>Aptima Oil POLYDIMETHYLSILOXANE 95 – 100% WARNING</p> <p>H315 – Causes skin irritation</p> <p>H319 – Causes serious eye irritation</p> <p>P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling</p> <p>P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection</p> <p>P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing</p> <p>P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention</p> <p>P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water</p> <p>P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention</p> <p>P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
Fareinformasjon for EU	
	<p>Buffer For Deactivation Fluid NATRIUMHYDROKSID 1 – 5 % <i>Sodium Hypochlorite < 1 %</i> ADVARSEL</p> <p>H315 - Irriterer huden</p> <p>H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon</p>
	<p>Aptima Oil POLYDIMETHYLSILOXANE 100 % ADVARSEL</p> <p>H315 - Irriterer huden</p> <p>H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon</p>

Fremgangsmåte

Skift flaskene i den universelle væskebeholderen når systemet gir beskjed om det. Se *Panther System Operator's Manual* (brukerveiledningen for Panther-systemet).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Hologic BVBA
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Kundestøtte: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Teknisk support: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Du finner flere kontaktopplysninger på www.hologic.com.

Hologic, Aptima, og Panther er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker som kan finnes i dette pakningsvedlegget, eies av sine respektive eiere.

Dette produktet kan være dekket av ett eller flere patenter i USA, som identifiseres på www.hologic.com/patents.

©2001–2019 Hologic, Inc. Med enerett.

502181NO Rev. 004
2019-09