

AccuProbe®

TENYÉSZET-AZONOSÍTÓ REAGENS-KIT

(bioMérieux ref. 39305 / Hologic kat.szám 102800)

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az AccuProbe TENYÉSZET-AZONOSÍTÓ REAGENS-KIT-ben lévő reagenseket az AccuProbe TENYÉSZET-AZONOSÍTÓ REAGENS tesztkészletekkel együtt használják a megfelelő csomagolási mellékletekben leírt útmutatások szerint. Egy-egy kitben 200 baktérium, vagy 100 mycobaktérium, illetve gomba azonosításához elegendő reagenst mellékelünk.

MELLÉKELT REAGENSEK ÉS ANYAGOK

Megjegyzés: A reagensekkel összefüggésbe hozható figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal kapcsolatban lásd a Biztonsági adatlap könyvtárat (Safety Data Sheet Library) a www.hologic.com/sds lapon.

TENYÉSZET-AZONOSÍTÓ REAGENS-KIT

(bioMérieux ref. 39305 / Hologic kat.szám 102800)

200 baktérium-, vagy 100 mycobaktérium-/gomba-teszt

- 1. reagens** (Lizáló reagens) (1)
Pufferolt oldat 0,04% nátrium-aziddal. 1x10 mL
- 2. reagens** (Hibridizáló puffer) (2)
Pufferolt oldat. 1x10 mL
- 3. reagens** (Szelektáló reagens) (3)
Pufferolt oldat. 1x60 mL

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

In vitro diagnosztikai felhasználásra.

Ennek a kitnek a reagensei nátrium-azidot tartalmaznak, amely az ólom, vagy réz lefolyócsövekkel potenciálisan robbanó fém-azidokat képezhet. A reagensek kiöntésekor mindig hígítsa meg az anyagot nagy mennyiségű vízzel, hogy megakadályozza az azidok képződését a lefolyócsövekben.

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS

Az AccuProbe TENYÉSZET-AZONOSÍTÓ REAGENS-KIT-ben lévő reagenseket 2°- 25°C-on kell tárolni és a jelzett lejárat dátumig stabilisak.

NE FAGYASSZA LE EZEKET A REAGENSEKET.

Megjegyzés: A 2. reagenst (Hibridizáló puffer) a felhasználás előtt szobahőmérsékletre kell hozni.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 (USA)



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands