

Kit di liquidi per test Aptima (sistema Panther™)

Per uso diagnostico *in vitro*.

Uso previsto

Il kit di liquidi per test Aptima è previsto per essere usato nel sistema Panther.

Materiali forniti

Nota: per informazioni sulle indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza che possono essere associati ai reagenti, consultare la libreria delle schede di sicurezza (Safety Data Sheet Library) all'indirizzo www.hologic.com/sds.

Kit di liquidi per test Aptima (n. di cat. 303014)

(Alla consegna, conservare a 15 °C – 30 °C)

Simbolo	Componente	Quantità
W	Soluzione di lavaggio Aptima <i>10 mM di soluzione tamponata con HEPES contenente meno del 2% di conservante</i>	1 x 2,9 L
O	Reagente oleoso Aptima <i>Olio di silicone</i>	1 x 260 mL
DF	Tampone per fluido di disattivazione Aptima <i>800 mM di soluzione tamponata con bicarbonato</i>	1 x 1,4 L

Avvertenze e precauzioni

- A. Adottare le consuete precauzioni di laboratorio.
- B. Evitare la contaminazione microbica e da ribonucleasi dei liquidi per test Aptima.

Requisiti di conservazione e manipolazione

- A. Conservare i liquidi per test Aptima chiusi a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C.
- B. Dopo l'apertura, i liquidi per test Aptima rimangono stabili per 60 giorni.
- C. Non usare dopo la data di scadenza.

Procedura

Alla notifica da parte del sistema, sostituire i contenitori all'interno del cassetto liquidi universali. Consultare il *Panther System Operator's Manual* (manuale dell'operatore del sistema Panther).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Assistenza clienti: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Assistenza tecnica: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Per ulteriori informazioni di contatto visitare il sito www.hologic.com.

Hologic, Aptima, e Panther sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati di Hologic, Inc. e/o delle aziende consociate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi commerciali che possono apparire in questo foglietto illustrativo appartengono ai rispettivi proprietari.

©2001–2017 Hologic, Inc. Tutti i diritti riservati.

502181IT Rev. 002
2017-04