

ΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ (ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ) MTD

(MTD AMPLIFICATION CONTROLS)
(bioMérieux ref. 39223 / Hologic Cat. No. 301043F)
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Τα αντιδραστήρια Hologic MTD ορών ελέγχου πολλαπλασιασμού (ενίσχυσης) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικοί οροί ελέγχου με την Άμεση Εξέταση ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ (ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ) Mycobacterium Tuberculosis (MTD).

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τυχόν δηλώσεις ασφάλειας και προφύλαξης που μπορεί να σχετίζονται με αντιδραστήρια, ανατρέξτε στη βιβλιοθήκη δελτίων δεδομένων ασφάλειας (Safety Data Sheet Library) στη διαδικτυακή τοποθεσία www.hologic.com/sds.

Αρνητικός Ορός Ελέγχου Πολλαπλασιασμού (Ενίσχυσης) MTD (NC) Ρυθμιστικό διάλυμα	2 x 1 mL
Θετικός Ορός Ελέγχου (PC) Πολλαπλασιασμού (Ενίσχυσης) MTD Μη μολυσματικό νουκλεϊνικό οξύ σε ρυθμιστικό διάλυμα.	2 x 1 mL

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Για *in vitro* διαγνωστική χρήση.
- Οι Οροί Ελέγχου Πολλαπλασιασμού (Ενίσχυσης) MTD μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την Άμεση Εξέταση ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ (ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ) Mycobacterium Tuberculosis (MTD).
- Οι Οροί Ελέγχου Πολλαπλασιασμού (Ενίσχυσης) MTD δεν ελέγχουν το βήμα υπερήχων (λύσης) της ανάλυσης.
- Η διαδικασία της Εξέτασης στις εσώκλειστες οδηγίες MTD απαιτεί κυτταρικούς ελέγχους για τον έλεγχο της λύσης και της ενίσχυσης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Τα αντιδραστήρια που περιέχονται στους Ορούς Ελέγχου Πολλαπλασιασμού (Ενίσχυσης) MTD πρέπει να φυλάσσονται μεταξύ 2°C και 8°C και είναι σταθερά μέχρι την ημερομηνία που υποδεικνύεται στους περιέκτες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ανατρέξτε στο εσώκλειστο οδηγίων της Άμεσης Εξέτασης ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ (ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ) Mycobacterium Tuberculosis (MTD) για το κεφάλαιο Πολλαπλασιασμού (Ενίσχυσης) της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.

- Προσθέστε 25 µL Αρνητικό Ορό Ελέγχου Πολλαπλασιασμού (Ενίσχυσης) Μυκοβακτηρίου ή Θετικό Ορό Ελέγχου Πολλαπλασιασμού (Ενίσχυσης) Mycobacterium Tuberculosis στον πυθμένα ενός σωληναρίου ενίσχυσης που περιέχει 50 µL ανασυσταμένο Αντιδραστήριο Ενίσχυσης Mycobacterium Tuberculosis και 200 µL Αντιδραστήριο Ελαίου.

2. Συνεχίστε με την ανάλυση στο κεφάλαιο Ενίσχυσης, Βήμα 4, του εσώκλειστου οδηγίων της Άμεσης Εξέτασης ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ (ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ) *Mycobacterium Tuberculosis* (MTD)της

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

	RLU
Αρνητικός Ορός Ελέγχου Πολλαπλασιασμού (Ενίσχυσης)	< 20,000
Θετικός Ορός Ελέγχου Πολλαπλασιασμού (Ενίσχυσης)	≥ 500,000



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Υποστήριξη πελατών: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Τεχνική Υποστήριξη: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.hologic.com.

Οι λέξεις Hologic και Amplified MTD αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Hologic, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα που μπορεί να παρουσιάζονται σε αυτό το ένθετο συσκευασίας αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

AW-12602-1101 Rev 002 (EL)
©1990 - 2017 Hologic, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
2017-05